LEGENDA

	M03051000-A SISTEMA DI GESTIONE GUARDIOLA CON PC TOUCH15" SOFTWARE DI GESTIONE , TECNOLOGIA TOUCH DOTATO DI MOUSE E TASTIERA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 INCLUSO. PERMETTE LA REGISTRAZIONE DI TUTTI GLI EVENTI E SALVATAGGIO INTERNO CRIPTATO CON SOFTWARE PER AGGIUNTA E SOSTITUZIONE MODULI IN AUTONOMIA
PC	LOREP_USB4-CAN : DOTATO DI COLLEGAMENTO CON CAVO USB ALLA GUARDIOLA (PC) IL DISPOSITIVO PERMETTE LA DISTRIBUZIONE DEL CAN-BUS DORSALE (LAMPADE) FORNITO CON NR. 4 USCITE CAN-BUS (RAMI) E DUE INGRESSI USB
	M03050300-A9010 : DISPLAY DI STANZA TOUCH GRAFICO A COLORI 4.3" PER FUNZIONE DI SEGNALAZIONE DELLA CHIAMATA DI OGNI STANZA CON PULSANTE AGGIUNTO DI CHIAMATA INFERMIERA E TASTO RESET/PRESENZA INFERMIERA. DOTATO DI FUNZIONE FOLLOW ME CHE AVVISA L'INFERMIERA PRESENTE NELLA STANZA DELLE CHIAMATE INB CORSO CON TONO ACUSTICO DEDICATO
E N	M03050200-A : LAMPADA FUORI PORTA DI SEGNALAZIONE DOTATA DI NUMERAZIONE PERSONALIZZATA RETROILLUMINATA VISIBILE OLTRE 40 METRI E DI ALIMENTATORE 24VDC INTERNO PER LA CHIAMATA DEL PAZIENTE E DEL PERSONALE. DOTATA DI LENTE CHE HA DUE MORSETTI OPTOISOLATI PER COLLEGAMENTI BUS DI STANZA E BUS DORSALE LE COLORAZIONI PREVISTE SONO RISPETTIVAMENTE: ROSSO _ CHIAMATA PAZIENTE ROSSO _BIANCO CHIAMATA DA WC VERDE _ PRESENZA INFERMIERA LE COLORAZIONI , IL TONO ACUSTICO , E IL LAMPEGGIO SONO NORMATI SECONDO LA DIRETTIVA VDE
	M03050100-09 : PULSANTIERA CON TASTO PER CHIAMATA INFERMIERA , DOTATA DI RETRO ILLUMINAZIONE E DI CONNETTORE MAGNETICO NON POLARIZZATO. LA PARTE POSTERIORE ANCHE'ESSA MAGNETICA PERMETTE L'AGGANCIO A PARETE CON MEDAGLIONE FORNITA A CORREDO CON FINITURA ANTIBATTERICA E CAVO ANTI STRAPPO
	M03050001-9 : MODULO DI INNESTO PULSANTIERA FORNITO IN SUPPORTO 3 MODULI COMPRESO DI PLACCA ANTI BATTERICA DOTATO DI RETRO ILLUMINAZIONE E MORSETTO CAN-BUS IL MODULO COMPRENDE RETRO ILLUMINAZIONE , TASTO AGGIUNTIVO CHIAMATA, E PRESA MAGNETICA CON CONTATTI NON POLARIZZATI
	M03050600-F : MODULO DI RESET/PRESENZA INFERMIERA INSTALLABILE NELLE STANZE O NEI WC O ZONE COMUNI ALIMENTAZIONE 24VDC CON MORSETTO CAN-BUS + BUZZER IL MODULO COMPRENDE RETRO ILLUMINAZIONE , SUPPORTO 3 MODULI E PLACCA ANTIBATTERICA
	M03050900-G : MODULO DI CHIAMATA A TIRANTE PER WC E DOCCE O NEI WC O ZONE COMUNI ALIMENTAZIONE 24VDC CON MORSETTO CAN-BUS + BUZZER IL MODULO COMPRENDE RETRO ILLUMINAZIONE , SUPPORTO 3 MODULI E PLACCA ANTIBATTERICA
	CAN-BUS (STANZA) cavo tipo CAT 7 - 4p/ftp lshf awg23 4 coppie twistate e schermate + shield una coppia utilizzata per segnale L-H una coppia utilizzata per GND (1 cavo) una coppia utilizzata per segnale L-H una coppia utilizzata per GND (1 cavo)
	CAN-BUS (STANZA) cavo tipo CAT 7 - 4p/ftp lshf awg23 4 coppie twistate e schermate + shield una coppia utilizzata per segnale L-H una coppia utilizzata per GND (1 cavo) una coppia utilizzata per alimentazione moduli (+) e (-) 24 vdc
	CAVO USB PER COLLEGAMENTO A PC GUARDIOLA
	CAVO DI RETE
	TESTALETTO VERTICALE VERTI 1 (2 POSTILETTO)
	TESTALETTO VERTICALE VERTI 1 (1 POSTILETTO)
	SOLO ARMADIETTO TENDA



ARESSardegna
Azienda Regionale Salute

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NP1
NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA

CUP B95F20002610002 - CIG 8929016918

COMUNE DI OLBIA - PROVINCIA DI SASSARI

Elaborati Grafici
SISTEMI TESTA LETTO E MONITORAGGIO

N.04 SIS_TLM

scala: 1:50

Quote: (mt) riferite al livello del mare

Misurazioni: Metri lineari (mt)

PROGETTO ESECUTIVO
Art. 23 comma 8, D.Lgs. n. 50/16

Emissione - Luglio 2023

VISTO:
Il progettista :
Il committente:
Il direttore Tecnico:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Dario Solmona

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

Coordinamento e progettazione generale :
Arch. Sandro Delana
Arch. Giovanni Antonio Sparo
Ing. Dario Solmona
Dott. Geol. Roberto Tola
Ing. Massimiliano Delana
Ing. Simone Melli
Ing. Cristina Azzena
Arch. Pian. Daniele Romeo
Arch. Giorgia Marongiu
Arch. Pian. Marco Cariddu
Ing.Fortunato Gangemi

A1 Engineering srl
(Capogruppo mandataria)

mytho
(Mandante)

www. A1E.it

rev.	data	descrizione	dis.	contr.	approv.
0	07/2023	Prima Emissione	Ing. F. Gangemi	Arch. G.A.Sparo	Arch. G.A.Sparo
1					
2					
3					
4					
5					

N.commessa

RINA ISO 9001:2015 - n°6023.0.0.
ISO 45001:2018 - n. 595.46.0.15
ISO 50001:1800 - n. 15-4270

A1 Engineering srl Architectural & Engineering Solution www.A1E.it
Administrative office Via Della Fesi - 07026 Olbia (OT) - Italy +39 0789 23749 - email info@a1e.it Tel. +39 0789 694600
Registered office Località Genoligo - Circonvallazione Nord Tratto 4 - 07026 Olbia (OT) - Italy +39 0789 69 4600 - email: segreteria@a1e.it - P. IVA 02204500904 - sede rea SS-162738
Branch office Via Villa Severini 54 - 00161 Roma - Italy
Licenze
Autodesk Architecture,OEM, Autodesk Infrastructure,OEM, Autodesk Revit 2019, SW-4156272, Autodesk AutoCAD 2019, SWD-2341262, Autodesk AutoCAD LT 2019, SLD-2341262
Autodesk Architecture,OEM, Autodesk Infrastructure,OEM, Autodesk Revit 2019, SW-4156272, Autodesk AutoCAD 2019, SWD-2341262, Autodesk AutoCAD LT 2019, SLD-2341262