

## Scheda punteggi tabellari lotto n 1

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n del

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di impianti valvolari aortici transcateretere (TAVI) per le esigenze della UOC di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base d'asta € 4.620.000,00 oltre IVA 4%. N°. gara 8419564 CIG 9063533809- CUI F02268260904202100076

**lotto** 1

Ditta	sub	Pmax	Valore	punti
<b>EDWARDS LIFESCIENCES</b>				
Area valvolare effettiva (effective orifice area) area di apertura della valvola compresa fra 1.66 ± 0.38 cm <sup>2</sup> (come da dati in vivo da letteratura)	<b>B1</b>	3	1	3
Gradienti pressori trans-valvolari compresi fra 11.2 ± 4.4 mmHg (come da dati in vivo da letteratura)	<b>B2</b>	3	1	3
Presenza di trattamento Anticalcificante	<b>B3</b>	3	1	3
Presenza di idoneo supporto di training in reparto ed aggiornamento	<b>D1</b>	5	1	5
Presenza di assistenza dedicata anche con eventualità di tecnico in sede	<b>D2</b>	5	1	5
<b>totale punti</b>				<b>19,00</b>

Ditta	sub	Pmax	Valore	punti
<b>SINTEC GROUP</b>				
Area valvolare effettiva (effective orifice area) area di apertura della valvola compresa fra 1.66 ± 0.38 cm <sup>2</sup> (come da dati in vivo da letteratura)	<b>B1</b>	3	1	3
Gradienti pressori trans-valvolari compresi fra 11.2 ± 4.4 mmHg (come da dati in vivo da letteratura)	<b>B2</b>	3	1	3
Presenza di trattamento Anticalcificante	<b>B3</b>	3	1	3
Presenza di idoneo supporto di training in reparto ed aggiornamento	<b>D1</b>	5	1	5
Presenza di assistenza dedicata anche con eventualità di tecnico in sede	<b>D2</b>	5	1	5
<b>totale punti</b>				<b>19,00</b>

Presidente	Dott. Enrico Coradduzza	
Componente	Dott. Gian Giacomo Carta	
Componente	Dott.ssa Daniela Sanna	