



Deliberazione del Commissario n. 353 del 09/08/2010

OGGETTO: *acquisto strumentazione per il check quotidiano dei parametri dosimetrici dei fasci radioterapici per le esigenze dell'U.O. Scienze Radiologiche – Sezione Radioterapia*

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di agosto, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni CAVALIERI)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _____09/08/2010_____ per la durata di quindici giorni.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall’art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- VISTA** la nota agli atti del procedimento prot. 121-09 del 10.12.2009 a firma del Responsabile Impianti Radiologici della Sezione di Radioterapia e del Dirigente Fisico della U.O. Fisica Sanitaria con la quale si rappresenta la necessità di provvedere all’acquisto di un sistema 2D array di camere a ionizzazione che consenta la verifica quotidiana degli output, delle energie e delle simmetrie dei fasci di fotoni ed elettroni per l’acceleratore Varian2100, e di un sistema veloce a camera di ionizzazione, indispensabile nei periodi di calibrazione o riparazione del sistema suindicato, per la verifica degli output della dose sull’asse utilizzabile inoltre sull’acceleratore Varian600;
- VISTA** la nota agli atti del procedimento a firma del Dirigente Fisico della U.O. Fisica Sanitaria con la quale si rappresenta la necessità di provvedere all’acquisto dei sistemi suddetti in quanto controlli con cadenza giornaliera sono previsti dal manuale di qualità secondo le linee guida CE91 e UNI10308 oltre che dal CTB CP-01117 RevB;
- VISTA** la nota agli atti del procedimento a firma del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica con la quale si dichiara che l’esposimetro attualmente in uso Capintec 192 inv bio 603 risulta obsoleto e non più soddisfacente per le esigenze del reparto;
- ATTESO** che è stata richiesta offerta economica alle ditte TEMA SINERGIE SRL e

TECNOLOGIE AVANZATE SRL per i sistemi suindicati;

- VISTA** la nota agli atti del procedimento dove il Dirigente Fisico della U.O. Fisica Sanitaria valuta tra i sistemi 2D array di camere a ionizzazione offerti il PTW QUICKCHECK weblin della ditta TEMA SINERGIE SRL quale il più idoneo all'uso in quanto: l'unico in grado di verificare il risultato di ogni check in maniera diretta tramite schermo integrato; l'unico in grado di memorizzare una elevata quantità di dati in locale pari al lavoro di diversi mesi; quello dotato del maggiore numero complessivo di rilevatori;
- VISTA** la stessa nota agli atti del procedimento dove il Dirigente Fisico della U.O. Fisica Sanitaria valuta tra i sistemi a camera a ionizzazione per il check della dose sull'asse offerti il SUN NUCLEAR CHECKMATE2 della ditta TECNOLOGIE AVANZATE SRL quale il più idoneo all'uso in quanto l'unico in grado di verificare immediatamente il risultato di ogni check in maniera diretta senza ricorrere ad una successiva elaborazione dei dati con calcolatore;
- VISTA** l'offerta economica della ditta TEMA SINERGIE SRL e accertato che la spesa relativa all'acquisto di n.1 sistema 2D di camere a ionizzazione PTW QUICKCHECK weblin (con docking station) ammonta complessivamente a € 11.237,00 oltre IVA di legge (€ 13.484,40 IVA indusa);
- VISTA** l'offerta economica della ditta TECNOLOGIE AVANZATE SRL e accertato che la spesa relativa all'acquisto ammonta complessivamente a € 3.500,00 oltre IVA di legge (€ 4.200,00 IVA inclusa);
- VISTA** altresì la nota agli atti del procedimento prot. 168 del 10.02.2010 a firma del Direttore Sanitario con la quale si rappresenta la necessità inderogabile di provvedere all'acquisto delle tecnologie suddette al fine di garantire l'attività della Struttura;
- VISTA** l'autorizzazione del Commissario Straordinario Dott. Giovanni Cavalieri;
- VISTA** l'autorizzazione del Direttore Sanitario;
- VISTO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale, adottato con delibera n. 259 del 15.04.2009, che dispone che per garantire la fornitura in oggetto - il cui costo presunto rilevato da indagine di mercato rientra nei limiti di € 20.000,00 - l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l'acquisizione di beni;
- VISTO** l'art. 125 comma 11 del d. lgs. 163/06;
- STABILITO** che la suddetta spesa troverà copertura nell'ambito del finanziamento assegnabile dalla Regione sulla base del Programma degli Investimenti anno 2010 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, approvato con delibera n.760 del 23.12.2009;

STANTE

l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI AUTORIZZARE il Servizio Acquisti Aziendale a procedere all'acquisto dalla ditta TEMA SINERGIE SRL di n.1 sistema PTW QUICKCHECK weblines (con docking station) cod. L981976 Z119002 per un costo relativo pari a € 11.237,00 oltre IVA di legge (€ 13.484,40 IVA inclusa);

DI AUTORIZZARE il Servizio Acquisti Aziendale a procedere all'acquisto dalla ditta TECNOLOGIE AVANZATE SRL di n.1 Sun Nuclear mod. Checkmate2 P/N1094000-0 Cod. SNC-CMATE per un costo relativo pari a € 3.500,00 oltre IVA di legge (€ 4.200,00 IVA inclusa);

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 14.737,00 oltre IVA di legge (€ 17.684,40 IVA compresa) dovrà gravare sul conto di patrimonio n° 1013000101 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del corrente esercizio e sarà coperta dal finanziamento regionale assegnabile sulla base del Programma degli Investimenti anno 2010 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, approvato con delibera n.760 del 23.12.2009;

DI COMUNICARE copia del presente atto alle ditte affidatarie per la firma in calce da parte del legale rappresentante di esse in luogo del contratto.

IL COMMISSARIO (Dott. Giovanni CAVALIERI)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI	Dott. Antonio Tognotti
Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico _____	_____
Estensore Giovanni Ruggiu _____	
Il Direttore Amministrativo (Dott. Pietro Tamponi) _____	

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI
Responsabile Dott. Antonio Tognotti _____ Estensore Giovanni Ruggiu _____