



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 DEL 16/04/2019

| | |
|--------------------------------------|--|
| Oggetto | Affidamento alla Althea Italia S.p.A. per la fornitura in urgenza di una siringa dermojet, da destinare agli ambulatori dell'U.O. di Chirurgia Plastica dell'AOU di Sassari – CIG Y1727A9243 |
| Struttura | SSD Ingegneria Clinica |
| Direttore di Struttura | Ing. Roberto Gino Manca |
| Responsabile del Procedimento | Ing. Roberto Gino Manca |
| Estensore | Per. Ind. Francesco Macri |

| Importo previsto (costo e/o investimento) | Codice Conto | Denominazione Conto | Esercizio Finanziario |
|---|--------------|--|-----------------------|
| € 1.114,75 | A507020102 | Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta | BDG_S_03 2019 |

| Allegati alla Determinazione | N° di pag. | Oggetto |
|------------------------------|------------|---------|
| ## | | |

| Tipologia di Pubblicazione | Integrale | Parziale |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n°175 del 28/02/2019, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 28/02/2019, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;
- VISTA** la richiesta inoltrata a questo servizio dal personale degli ambulatori dell'U.O. di Chirurgia Plastica, con la quale si richiedeva la riparazione della siringa DERMOJET mod. *Dott. Krantz*;
- CONSIDERATO** che la siringa sopracitata trattandosi di strumentario chirurgico, rientra nel contratto di Global Service;
- DATO ATTO** che si è subito provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda;
- VISTO** il rapporto di intervento trasmesso dal Global Service con il quale veniamo informati che lo strumento risulta essere troppo compromesso e quindi non riparabile;
- DATO ATTO** che, considerata l'urgenza e l'utilità dello strumento per l'U.O. di Chirurgia Plastica, si è provveduto richiedere all'Althea Italia S.p.A. la predisposizione di una proposta per la fornitura di una nuova siringa;
- VISTA** l'offerta ricevuta, ns. prot. PG/2019/7424 del 14/03/2019, nella quale viene indicato in € 913,73 oltre Iva di legge l'importo complessivo per la fornitura di una nuova siringa;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che per tale affidamento è stato attivato il **CIG Y1727A9243**;
- VISTO** l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) nel quale viene indicato in € 5.000,00 esclusa Iva di legge l'importo entro in quale non vige l'obbligatorietà a fare

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTA** la deliberazione n° 7 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **Althea Italia S.p.A.**, con sede in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 – 00148 Roma P. IVA 01244670335, l'incarico per la fornitura di siringa DERMOJET modello DOT: KRANTZ (codice 129 706), da destinare all'U.O. di Chirurgia Plastica, per un importo pari a € 913,73 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG_S_03 2019**” è pari a un importo complessivo di **€ 1.114,75** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y1727A9243** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|--|---|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macri | Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu |
| La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 16/04/2019 per la durata di quindici giorni. | |
| Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas) | |