



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 DEL 16/04/2019

Oggetto	Affidamento alla ditta Tema Sinergie S.p.A. per la fornitura in urgenza di una pompa RAD-INJECT, da destinare all'U.O. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari; – CIG Z2C27F045D
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 6.039,00	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2019

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n°175 del 28/02/2019, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 28/02/2019, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;
- VISTA** la nota inoltrata a questa struttura dal personale dell'U.O. di Medicina Nucleare, con la quale si richiedeva la riparazione della pompa RAD-INJECT a sistema con la Cella di Manipolazione per Preparati Radioattivi TEMA SINERGIE, modello NMC 1 20 10 VF, matricola 9861, inventariata 4561;
- CONSIDERATO** che la pompa sopracitata, trattandosi di apparecchiatura elettromedicale, rientra nel contratto di Global Service;
- DATO ATTO** che si è subito provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda;
- CONSIDERATA** la particolarità dello strumento, il servizio di Global Service ha incaricato la TEMA SINERGIE S.p.A., ditta fornitrice, per l'esecuzione della riparazione;
- VISTA** la mail trasmessaci dal Global Service con la quale veniamo informati che la Tema Sinergie S.p.A. ha attestato la non riparabilità dello strumento e che è necessario, quindi, un aggiornamento tecnologico;
- DATO ATTO** che, considerata l'urgenza e l'utilità dello strumento per l'U.O. di Medicina Nucleare, si è provveduto richiedere offerta per la fornitura di una pompa nuova alla ditta fornitrice Tema Sinergie S.p.A. con sede in Via Malpighi, 120 – 48018 Faenza (RA);
- VISTA** l'offerta ricevuta, ns. prot. PG/2019/10952 del 11/04/2019, nella quale l'importo complessivo per la fornitura di una nuova pompa infusore RAD-INJECT GAMMA ammonta a € 4.950,00 + IVA di legge;
- CONSIDERATO** che, nella medesima offerta, è specificato che la pompa per la quale si chiedeva l'intervento di riparazione non è più riparabile in quanto è giunta a fine vita;

- ACCERTATO** tramite il manuale d'uso della pompa che la vita prevista della pompa è di 4 anni a partire dalla data d'acquisto e che per ragioni di sicurezza non deve essere utilizzata dopo tale periodo;
- RISCONTRATO** che il collaudo era stato regolarmente effettuato dall'SSD Ingegneria Clinica in data 20/03/2014 e che quindi sono già trascorsi i 4 anni di vita previsti dal produttore;
- ACCERTATO** che l'importo previsto per la nuova fornitura, pari a € 4.950,00 + IVA di legge, risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Z2C27F045D**;
- VISTO** l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) nel quale viene indicato in € 5.000,00 esclusa Iva di legge l'importo entro in quale non vige l'obbligatorietà a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTA** la deliberazione n° 7 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **Tema Sinergie S.p.A.**, con sede in Via Malpighi, 120 – 48018 Faenza (RA) P. IVA 00970310397, l'incarico per la fornitura di una pompa infusore RAD-INJECT GAMMA utile per il sistema della Cella di Manipolazione per Preparati Radioattivi TEMA SINERGIE, modello NMC 1 20 10 VF, matricola 9861, inventariata 4561, da destinare all'U.O. Medicina Nucleare, per un importo pari a € 4.950,00 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" **BDG_S_03 2019** è pari a un importo complessivo di **€ 6.039,00** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z2C27F045D** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 16/04/2019 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	