



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 605 DEL 17/07/2019

Oggetto	Affidamento alla ditta EUROMED SARDEGNA S.r.l. per la riparazione della POMPA A SIRINGA, in dotazione presso l'U.O. di Rianimazione del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari; – CIG Z7F28AC152
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 152,50	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2019

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n°175 del 28/02/2019, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 28/02/2019, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;
- VISTA** la delibera n. 7 del 14/01/2019 'approvazione procedura rideterminazione dei fabbisogni per l'anno 2019';
- VISTA** la richiesta inoltrata dall'U.O. di Rianimazione del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari a questo servizio, con la quale si richiedeva la riparazione della POMPA A SIRINGA prodotta da HEDY MEDICAL DEVICE, modello S7, matricola 2020117070102906, inventariata SSA9619;
- DATO ATTO** che, si è subito provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda;
- CONSIDERATO** che, la pompa sopraccitata è stata fornita a noleggio dalla ditta Euromed Sardegna S.r.l., per la durata di 5 anni, come da deliberazione n°53 del 01/02/2017;
- CONSIDERATO** che il servizio di Global Service, avendo in gestione l'apertura della chiamata di tutte le apparecchiature acquisite a noleggio presso questa Azienda, ha provveduto ad inoltrare richiesta alla ditta fornitrice della strumentazione;
- CONSIDERATO** che la pompa a siringa e tutti i suoi accessori, sono stati regolarmente collaudati dalla SSD Ingegneria Clinica in data 23/10/2018;
- VISTA** la mail ricevuta dalla ditta Euromed Sardegna S.r.l. con la quale ci informa che il malfunzionamento della pompa è dovuto ad un urto o ad una caduta accidentale e che quindi è da imputarsi all'uso improprio dello strumento;
- ACCERTATO** tramite verifica della SSD Ingegneria Clinica che il danno è di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che nel contratto di noleggio non sono previste le riparazioni dovute all'uso improprio dell'apparecchiatura;
- VISTO** il preventivo ricevuto dalla ditta Euromed Sardegna S.r.l. con Prot. PG/2019/14736 del 03/06/2019 e che l'importo complessivo per il ripristino funzionale della pompa a siringa ammonta a € 125,00 + IVA di legge;
- CONSIDERATO** che, questo servizio, ritiene fondamentale effettuare le manutenzioni correttive, programmate e preventive su tutte le apparecchiature elettromedicali presenti presso

l'PAOU di Sassari onde evitare gravi problemi assistenziali o ritardi che potrebbero influire sulla regolare attività dell'Azienda, in questo caso dell'U.O. di Rianimazione del P.O. "SS Annunziata";

- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Z7F28AC152**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta Euromed Sardegna S.r.l., con sede in Via N. Campus, 7 – 07100 Sassari, P. IVA 01773000904, l'incarico per la riparazione della POMPA A SIRINGA prodotta da HEDY MEDICAL DEVICE, modello S7, matricola 2020117070102906, inventariata SSA9619, in dotazione presso l'U.O. di Rianimazione del P.O. "SS Annunziata", per un importo pari a € 125,00 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" **BDG_S_03 2019**" è pari a un importo complessivo di € 152,50 comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z7F28AC152** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore della SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 17/07/2019 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	