



**VERBALE N. 2 DI SEDUTA RISERVATA DEL 17/01/2020**  
**Valutazione offerte tecniche**

**Oggetto: Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica Sardegna Cat ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in due lotti distinti, in regime di "service", di un sistema analitico per la diagnosi e il monitoraggio delle disfunzioni ostetriche e ginecologiche e rischio di malformazioni fetali per il Centro P.M.A. della SC. di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta inclusi oneri della sicurezza € 582.500,00 Iva esclusa**

**PREMESSO**

- che in data 10/12/2019, come da verbale n. 2 in pari data, si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura, lotto per lotto, delle buste tecniche presentate dalle società partecipanti, tutte ammesse alla fase successiva di gara:

<b>Lotto 1</b>	<b>Operatore economico</b>
	DASIT SPA

<b>Lotto 2</b>	<b>Operatore economico</b>
	TOSOH BIOSCIENCE
	SIEMENS HEALTHCARE SRL

- che nella medesima seduta pubblica si dava atto che i lavori della Commissione per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche sarebbero proseguiti in successive sedute riservate;
- che in data 08.01.2020 dalle ore 09.45 alle ore 13:40, come da Verbale n.1 di seduta riservata in pari data, la Commissione ha proceduto all'esame della documentazione tecnica, relativa ai lotti n.1 e n.2, dalla quale è emerso che, gli Operatori economici concorrenti, per entrambi i lotti, sono stati tutti ammessi alla successiva fase di valutazione, e che, per il lotto n.1 la Ditta Dasit ha conseguito un punteggio complessivo di 64,13, mentre per il lotto n. 2 si è proceduto all'attribuzione dei soli punteggi tabellari;
- che nella medesima seduta riservata si dava atto che i lavori della Commissione, sarebbero proseguiti nella successiva seduta riservata del 17.01.2020, per l'attribuzione dei punteggi di tipo quantitativo, l'assegnazione dei coefficienti discrezionali e per la compilazione dello schema riepilogativo, relativamente al lotto n.2.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2020 il giorno 17 (diciasette) del mese di Gennaio, alle ore 9:50, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26 - Sassari si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con Deliberazione n.871 del 31/10/2019, per proseguire i lavori iniziati nella prima seduta riservata, così costituita:

- Presidente: Prof. Giampiero Capobianco, Dirigente Medico presso la SC Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU di Sassari;
- Componente: Ing. Daniele Saba, Ingegnere presso l'ATS di Oristano;
- Componente: Dott.ssa Luana Azara, Dirigente Farmacista presso la SC Farmacia Ospedaliera dell'AOU di Sassari;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Valeria Manca – Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione giudicatrice alle ore 09:55 di oggi 17 Gennaio 2020 procede:

- all'attività valutativa finalizzata all'attribuzione dei punteggi dell'offerta relativa al lotto n. 2, delle offerte tecniche degli Operatori economici **TOSOH** e **SIEMENS** ed ogni commissario, pertanto, sulla



scorta delle informazioni desunte dalla documentazione tecnica presentata, procede all'assegnazione dei coefficienti di tipo discrezionale, secondo la scala di valori indicata all'art. 18.2 del disciplinare di gara per ciascuna Ditta. Tali coefficienti, la media degli stessi e i relativi punteggi, calcolati per ciascun sub-criterio di valutazione, vengono riportati nella tabella "**Scheda coefficienti e punteggi discrezionali lotto n. 2**", allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che gli operatori economici hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi riparametrati:

- **Tosoh punti\_27;**
  - **Siemens punti\_28.**
- all'attribuzione dei punteggi di tipo quantitativo, attraverso l'applicazione della formula proporzionale sulla base delle caratteristiche migliorative desunte dalla relazione tecnica. Durante tale attività, la Commissione, stante l'indeterminatezza della griglia di valutazione, relativamente al criterio C1 "*Piano di formazione del personale (Minimo 2gg) Giornate di formazione in sede: da 2 a 4 giorni punti da 0 a 2 da 4 a 6 giorni punti da 3 a 5*" e, precisamente, all'assenza di specifica sulla "formazione in sede", ovvero, se trattasi di "sede aziendale" o di "sede del concorrente", decide di chiedere al RUP, un parere, come da nota di pari data, allegata al presente verbale. Inoltre, la Commissione, nella stessa nota, chiede al RUP, di inoltrare un chiarimento all'O.E. Tosoh in merito alla sede di espletamento, della formazione del personale. Si procede all'attribuzione dei punteggi di tipo quantitativo attraverso l'applicazione della formula proporzionale sulla base delle caratteristiche migliorative desunte dalla relazione tecnica, che vengono riportati nella tabella "**Scheda requisiti e punteggi quantitativi lotto 2**", allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che gli operatori economici hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi riparametrati:

- **Tosoh punti\_30,36;**
- **Siemens punti\_31,67,**

dandosi atto dell'attribuzione del punteggio al richiamato criterio C1, per entrambi i concorrenti, con riserva di rivalutazione dello stesso, alla luce delle risultanze del chiarimento richiesto al RUP, come sopra riportato.

- alla sommatoria dei punteggi dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, riportati nella tabella "**Prospetto riepilogativo punteggi lotto 2**", allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che gli OE hanno conseguito il seguente punteggio totale, superiori alla soglia minima di sbarramento fissata a 35 punti:
  - **Tosoh punti\_ 58,36\_riparametrato punti\_67,34;**
  - **Siemens punti\_60,67\_riparametrato punti\_70,00.**

Alle ore 12:40 la seduta viene sospesa e aggiornata al 24 Gennaio 2020, per proseguire i lavori. Il presente verbale, composto da **n. 8 pagine**, di cui 6 pagine di allegati, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Prof. Giampiero Capobianco	
Dott. ssa Luana Azara	
Ing. Daniele Saba	

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Valeria Manca

## Scheda coefficienti e punteggi discrezionali lotto n 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 17/01/2020

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN DUE LOTTI DISTINTI, IN REGIME DI "SERVICE", DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DELLE DISFUNZIONI OSTETRICHE E GINECOLOGICHE E RISCHIO DI MALFORMAZIONI FETALI PER IL CENTRO P.M.A. DELLA S.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

lotto **2**

Ditta **SIEMENS**




	sub	Pmax	C1	C2	C3	Media	Pti D
Verrà valutata la modalità utilizzata al fine di garantire l'assenza di trascinarsi da dosaggi precedenti.	A.3	8	1	1	1	1,00	8,00
Verrà valutata la modalità di diluizione dei campioni premiando la maggior automazione dello strumento con la minima necessità di intervento dell'operatore. Relazionare in merito	A.4	8	1	1	1	1,00	8,00
Verrà valutata la maggior facilità d'uso dello strumento in termini di intuitività dei comandi e dei controlli, di facilità di carico degli analiti e dei reagenti ecc. Relazionare in merito	A.5	5	1	1	1	1,00	5,00
Verrà valutata la qualità e tipologia dei controlli previsti su ciascun analita. Relazionare in merito.	B.4	5	1	1	1	1,00	5,00
Modalità di effettuazione dell'intervento in termini di visibilità e rendicontazione al laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito	C.3	2	1	1	1	1,00	2,00

totale punti **28,00**

Ditta **tosoh**

	sub	Pmax	C1	C2	C3	Media	Pti D
Verrà valutata la modalità utilizzata al fine di garantire l'assenza di trascinarsi da dosaggi precedenti.	A.3	8	1	1	1	1,00	8,00
Verrà valutata la modalità di diluizione dei campioni premiando la maggior automazione dello strumento con la minima necessità di intervento dell'operatore. Relazionare in merito	A.4	8	1	1	1	1,00	8,00
Verrà valutata la maggior facilità d'uso dello strumento in termini di intuitività dei comandi e dei controlli, di facilità di carico degli analiti e dei reagenti ecc. Relazionare in merito	A.5	5	1	1	1	1,00	5,00
Verrà valutata la qualità e tipologia dei controlli previsti su ciascun analita. Relazionare in merito.	B.4	5	0,8	0,8	0,8	0,80	4,00
Modalità di effettuazione dell'intervento in termini di visibilità e rendicontazione al laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito	C.3	2	1	1	1	1,00	2,00

totale punti **27,00**

Presidente	Prof. Giampiero Capobianco	
Componente	Dott. Luana Azara	
Componente	Ing. Daniele Saba	



## Scheda requisiti e punteggi quantitativi lotto n 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 17/01/2020

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN DUE LOTTI DISTINTI, IN REGIME DI "SERVICE", DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DELLE DISFUNZIONI OSTETRICHE E GINECOLOGICHE E RISCHIO DI MALFORMAZIONI FETALI PER IL CENTRO P.M.A. DELLA S.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

lotto 2

Ditta	note	sub	Pt max	ValA	ValB	ValA MAx	ValB MAx	Pt ValA	Pt ValB
<b>TOSOH</b>									
Verrà valutato il tempo di stabilità del reagente a bordo. il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il massimo valore per il parametro tempo di stabilità a bordo, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescen	B3: TOSOH 10 GG, SIEMENS 28 GG (TEMPI RIFERITI ALLA MAGGIOR PARTE DEI REAGENTI)	B.3	8	10		28		2,86	
Piano di formazione del personale (Minimo 2gg) Giornate di formazione in sede: da 2 a 4 giorni punti da 0 a 2, da 4 a 6 giorni punti da 3 a 5		C.1	5	5		6		4,00	
Manutenzione annuale ordinaria: n di interventi programmati, (almeno 1 all'anno). Il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior numero di interventi programmati, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decr		C.2	2	2		2		2,00	

totale punti 30,36

Presidente	Prof. Giampiero Capobianco	
Componente	Dott. Luana Azara	
Componente	Ing. Daniele Saba	



## Scheda requisiti e punteggi quantitativi lotto n 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 17/01/2020

**PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN DUE LOTTI DISTINTI, IN REGIME DI "SERVICE", DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DELLE DISFUNZIONI OSTETRICHE E GINECOLOGICHE E RISCHIO DI MALFORMAZIONI FETALI PER IL CENTRO P.M.A. DELLA S.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI**

lotto

2

Ditta	note	sub	Pt max	ValA	ValB	ValA MAx	ValB MAx	Pt ValA	Pt ValB
<b>SIEMENS</b>									
Verrà valutata la tempistica di svolgimento delle analisi con il massimo numero possibile di analiti.	A1: TOSOH 90 TEST/ORA ; SIEMENS 180 TEST /ORA	A.1	9	180		180		9,00	
Verrà valutata la quantità di esami svolti in termini di numero di analiti per ogni sessione di analisi.	A2: TOSOH 24 ANALITI, SIEMENS 15 ANALITI	A.2	8	15		24		5,00	
Fornitura di Reagenti e calibratori pronti per l'uso o a preparazione rapida, ove necessari, per tutta la durata del contratto.	B1: TOSOH 2 MIN, SIEMENS 15 MIN (SI RIFERISCE ALLA MAGGIOR PARTE DEI CALIBRATORI LIOFILI IN QUANTO PER ENTRAMBI I REAGENTI SONO PRONTI ALL'USO)	B.1	5		15		2		0,67
Verrà valuta la lunghezza del periodo di validità dei reagenti.	B2: TOSOH 12 MESI, SIEMENS 6 MESI	B.2	4	6		12		2,00	
Verrà valutato il tempo di stabilità del reagente a bordo. il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il massimo valore per il parametro tempo di stabilità a bordo, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescen	B3: TOSOH 10 GG, SIEMENS 28 GG (TEMPI RIFERITI ALLA MAGGIOR PARTE DEI REAGENTI)	B.3	8	28		28		8,00	
Piano di formazione del personale (Minimo 2gg) Giornate di formazione in sede: da 2 a 4 giorni punti da 0 a 2, da 4 a 6 giorni punti da 3 a 5		C.1	5	6		6		5,00	
Manutenzione annuale ordinaria: n di interventi programmati, (almeno 1 all'anno). Il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior numero di interventi programmati, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decr		C.2	2	2		2		2,00	
<b>totale punti</b>								<b>31,67</b>	

Ditta	note	sub	Pt max	ValA	ValB	ValA MAx	ValB MAx	Pt ValA	Pt ValB
<b>TOSOH</b>									
Verrà valutata la tempistica di svolgimento delle analisi con il massimo numero possibile di analiti.	A1: TOSOH 90 TEST/ORA ; SIEMENS 180 TEST /ORA	A.1	9	90		180		4,50	
Verrà valutata la quantità di esami svolti in termini di numero di analiti per ogni sessione di analisi.	A2: TOSOH 24 ANALITI, SIEMENS 15 ANALITI	A.2	8	24		24		8,00	
Fornitura di Reagenti e calibratori pronti per l'uso o a preparazione rapida, ove necessari, per tutta la durata del contratto.	B1: TOSOH 2 MIN, SIEMENS 15 MIN (SI RIFERISCE ALLA MAGGIOR PARTE DEI CALIBRATORI LIOFILI IN QUANTO PER ENTRAMBI I REAGENTI SONO PRONTI ALL'USO)	B.1	5		2		2		5,00
Verrà valuta la lunghezza del periodo di validità dei reagenti.	B2: TOSOH 12 MESI, SIEMENS 6 MESI	B.2	4	12		12		4,00	

## Prospetto riepilogativo punteggi lotto n. 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 17/01/2020

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN DUE LOTTI DISTINTI, IN REGIME DI "SERVICE", DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DELLE DISFUNZIONI OSTETRICHE E GINECOLOGICHE E RISCHIO DI MALFORMAZIONI FETALI PER IL CENTRO P.M.A. DELLA S.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

lotto  Ditta

SIEMENS	sub	Pti D	PtiDrip	Pti T	Pti Q	tot pti	tot pti rip
Verrà valutata la tempistica di svolgimento delle analisi con il massimo numero possibile di analisi.	A.1		0,00		9,00	9,00	9,00
Verrà valutata la quantità di esami svolti in termini di numero di analisi per ogni sessione di analisi.	A.2		0,00		5,00	5,00	5,00
Verrà valuta la modalità utilizzata al fine di garantire l'assenza di trascinamento da dosaggi precedenti.	A.3	8,00	8,00		0,00	8,00	8,00
Verrà valutata la modalità di diluizione dei campioni premiando la maggior automazione dello strumento con la minima necessità di intervento dell'operatore. Relazionare in merito	A.4	8,00	8,00		0,00	8,00	8,00
Verrà valutata la maggior facilità d'uso dello strumento in termini di intuitività dei comandi e dei controlli, di facilità di carico degli analiti e dei reagenti ecc. Relazionare in merito	A.5	5,00	5,00		0,00	5,00	5,00
Fornitura di Reagenti e calibratori pronti per l'uso o a preparazione rapida, ove necessari, per tutta la durata del contratto.	B.1		0,00		0,67	0,67	0,67
Verrà valuta la lunghezza del periodo di validità dei reagenti.	B.2		0,00		2,00	2,00	2,00
Verrà valutato il tempo di stabilità del reagente a bordo. il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il massimo valore per il parametro tempo di stabilità a bordo, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.	B.3		0,00		8,00	8,00	8,00
Verrà valutata la qualità e tipologia dei controlli previsti su ciascun analita. Relazionare in merito.	B.4	5,00	5,00		0,00	5,00	5,00
Piano di formazione del personale (Minimo 2gg) Giornate di formazione in sede: da 2 a 4 giorni punti da 0 a 2, da 4 a 6 giorni punti da 3 a 5	C.1		0,00		5,00	5,00	5,00
Manutenzione annuale ordinaria: n di interventi programmati, (almeno 1 all'anno). Il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior numero di interventi programmati, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.	C.2		0,00		2,00	2,00	2,00
Modalità di effettuazione dell'intervento in termini di visibilità e rendicontazione al laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito	C.3	2,00	2,00		0,00	2,00	2,00
Presenza di un tecnico specializzato nel territorio. Il punteggio verrà attribuito al concorrente che offrirà il parametro richiesto.	C.4		0,00	1	0,00	1,00	1,00
Max pt <input type="text" value="70,00"/> Max pt ass. <input type="text" value="60,67"/>	totale punti		<input type="text" value="60,67"/>	<input type="text" value="60,67"/>			
coeff <input type="text" value="1,15"/>	totale riparametrato		<input type="text" value="70,00"/>				

tosoh	sub	Pti D	PtiDrip	Pti T	Pti Q	tot pti	tot pti rip
Verrà valutata la tempistica di svolgimento delle analisi con il massimo numero possibile di analisi.	A.1		0,00		4,50	4,50	4,50
Verrà valutata la quantità di esami svolti in termini di numero di analisi per ogni sessione di analisi.	A.2		0,00		8,00	8,00	8,00
Verrà valuta la modalità utilizzata al fine di garantire l'assenza di trascinamento da dosaggi precedenti.	A.3	8,00	8,00		0,00	8,00	8,00
Verrà valutata la modalità di diluizione dei campioni premiando la maggior automazione dello strumento con la minima necessità di intervento dell'operatore. Relazionare in merito	A.4	8,00	8,00		0,00	8,00	8,00
Verrà valutata la maggior facilità d'uso dello strumento in termini di intuitività dei comandi e dei controlli, di facilità di carico degli analiti e dei reagenti ecc. Relazionare in merito	A.5	5,00	5,00		0,00	5,00	5,00

## Prospetto riepilogativo punteggi lotto n. 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 17/01/2020

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN DUE LOTTI DISTINTI, IN REGIME DI "SERVICE", DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSI E IL MONITORAGGIO DELLE DISFUNZIONI OSTETRICHE E GINECOLOGICHE E RISCHIO DI MALFORMAZIONI FETALI PER IL CENTRO P.M.A. DELLA S.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

lotto 2 Ditta

	sub	Pti D	PtiDrip	Pti T	Pti Q	tot pts	tot pts rip
<b>tosoh</b>							
Fornitura di Reagenti e calibratori pronti per l'uso o a preparazione rapida, ove necessari, per tutta la durata del contratto.	B.1		0,00		5,00	5,00	5,00
Verrà valutata la lunghezza del periodo di validità dei reagenti.	B.2		0,00		4,00	4,00	4,00
Verrà valutato il tempo di stabilità del reagente a bordo. il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il massimo valore per il parametro tempo di stabilità a bordo, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.	B.3		0,00		2,86	2,86	2,86
Verrà valutata la qualità e tipologia dei controlli previsti su ciascun analita. Relazionare in merito.	B.4	4,00	4,00		0,00	4,00	4,00
Piano di formazione del personale (Minimo 2gg) Giornate di formazione in sede: da 2 a 4 giorni punti da 0 a 2, da 4 a 6 giorni punti da 3 a 5	C.1		0,00		4,00	4,00	4,00
Manutenzione annuale ordinaria: n di interventi programmati, (almeno 1 all'anno). Il max punteggio sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il maggior numero di interventi programmati, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.	C.2		0,00		2,00	2,00	2,00
Modalità di effettuazione dell'intervento in termini di visibilità e rendicontazione al laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito	C.3	2,00	2,00		0,00	2,00	2,00
Presenza di un tecnico specializzato nel territorio. Il punteggio verrà attribuito al concorrente che offrirà il parametro richiesto.	C.4		0,00	1	0,00	1,00	1,00
<b>Max pt</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70,00</span> <b>Max pt ass.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60,67</span>	<b>totale punti</b>				<b>58,36</b>	<b>58,36</b>	
<b>coeff</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,15</span>	<b>totale riparametrato</b>				<b>67,34</b>		

Presidente	Prof. Giampiero Capobianco	
Componente	Dott. Luana Azara	
Componente	Ing. Daniele Saba	





PA/2020/1318  
17/01/2020

AI RUP

Dott.ssa Teresa Ivana Falco

**Oggetto: Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica Sardegna Cat ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in due lotti distinti, in regime di "service", di un sistema analitico per la diagnosi e il monitoraggio delle disfunzioni ostetriche e ginecologiche e rischio di malformazioni fetali per il Centro P.M.A. della SC. di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta inclusi oneri della sicurezza € 582.500,00 Iva esclusa. Richiesta di parere al RUP.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, durante la seconda seduta riservata del 17/01/2020, la Commissione, stante l'indeterminatezza della griglia di valutazione, relativamente al criterio C1, decide di chiedere un chiarimento al RUP, in merito alla genericità del criterio che prevede la formazione in sede, senza specificare se trattasi di sede aziendale o di sede dell'O.E. concorrente; ciò in quanto occorre valutare se il progetto formativo possa essere ammesso, con relativa attribuzione di punteggio, se svolta in sede AOU o presso la sede del concorrente o entrambe.

Inoltre si chiede di inoltrare un chiarimento all'O.E. Tosoh Bioscience, in merito alla sede dove verrà espletata la formazione del personale, in quanto non si evince dall'offerta tecnica.

Prof. Giampiero Capobianco

Dott. ssa Luana Azara

Ing. Daniele Saba

Sassari, li 17/01/2020

