VERBALE N. 2

1° SEDUTA RISERVATA DEL 03/07/2020

Valutazione Offerte Tecniche

Oggetto: LOTTO 1 - BIBERON E TETTARELLE - BASE D'ASTA €. 82.350,00 - CIG: 7884400CB2 Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in diciotto (18) lotti distinti, di Dispositivi Medici Vari Cnd V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari. Importo triennale a base di gara soggetto a ribasso, euro 780.855,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° Gara 7414908. Tender_210939-rfq_339175.

L'anno 2020, il giorno 3 (sei) del mese di Luglio, alle ore 11:00, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26 - Sassari si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con DCS n. 244 del 29.06.2020, per l'esame e valutazione delle offerte tecniche pervenute, così costituita:

Dott. Augusto Ogana	Dirigente UOC Neonatologia e T.I.N. dell'AOU di Sassari	Presidente
Dott.ssa Sig.ra Anna Maria Zara	Coordinatrice infermieristica UOC Pediatria dell'AOU di Sassari	Componente
Dott.ssa Chiara Altana	Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera dell'AOU Sassari	Componente

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal **Dott. Salvatore Angotzi,** assistente amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

PREMESSO

- che in data 03/07/2020, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, come da verbale in pari data n. 1, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, per l'apertura della busta virtuale B "documentazione tecnica" del LOTTO 1, presentata dagli Operatori economici: CODAN SRL, LABOR BABY SRL e LIFETECH-CARE SRL
- che a seguito del positivo riscontro documentale gli operatori economici venivano ammessi alla fase successiva di disamina e valutazione delle offerte tecniche con determinazione dirigenziale n. 900 del 29.10.2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

La commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei criteri di aggiudicazione della gara, stabiliti all'articolo 18 del Disciplinare di Gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione' di cui all'art. 18.1, e secondo le modalità previste dal disciplinare.

STABILITO QUANTO SOPRA

La commissione giudicatrice, dalle ore 11:00 di oggi 03 Luglio 2020, procede:

- all'attività valutativa finalizzata all'attribuzione di punteggi delle offerte tecniche degli operatori economici CODAN SRL, LABOR BABY SRL e LIFETECH-CARE SRL, ed ogni commissario, pertanto, sulla scorta delle informazioni desunte dalla documentazione tecnica presentata, procede all'attribuzione dei coefficienti, che vengono riportati negli allegati al presente verbale da cui risulta che gli operatori economici hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi, qui di seguito riepilogati:

CODAN SRL (LOTTO 1):	
PUNTEGGIO DISCREZIONALE	punti 19,60
PUNTEGGIO TABELLARE	punti 42,00
PUNTEGGIO QUANTITATIVO	(parametro non presente)
TOTALE	punti 61.60
LIFETECH-CARE SRL (LOTTO 1)	
PUNTEGGIO DISCREZIONALE	punti 22,00
PUNTEGGIO TABELLARE	punti 48,00
PUNTEGGIO QUANTITATIVO	(parametro non presente)
TOTALE	punti 70,00
LABOR BABY SRL (LOTTO 1)	
PUNTEGGIO DISCREZIONALE	Offerta priva dei requisiti minimi pervisti
PUNTEGGIO TABELLARE	
PUNTEGGIO QUANTITATIVO	
TOTALE	

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- a seguito dell'esame della Relazione Tecnica di Offerta e della Scheda Tecnica allegata alla procedura in oggetto, da parte della Commissione giudicatrice, propone al RUP, l'esclusione dell'O.E. LABOR BABY SRL, sancendo l'inammissibilità dell'offerta tecnica, essendo priva dei requisiti minimi pervisti nel Capitolato di gara, art. 5 - Requisiti Tecnici dei Prodotti (pagg.4-5), e, in particolare, non è presente la classificazione come DM (CPV) e l'indicazione del marchio CE.
- alle **ore 12:00** di oggi **03 Luglio 2020,** dichiara chiusa la seduta pubblica, dando atto che i lavori della Commissione Giudicatrice proseguiranno in seduta pubblica per l'apertura della busta Economica.

Il presente verbale, composto da **n. 2 pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente Dott. Augusto Ogana	Augusto Ogana
Componente: Dott.ssa Anna Maria Zara	Anna Maria Zara
Componente: Dott.ssa Chiara Altana	Chiara Altana
Il segretario verbalizzante Dott. Salvatore Angotzi	

Si allegano

1. Schede di riepilogo attribuzione punteggi.

Scheda punteggi discrezionali lotto n. 1

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 03/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in diciotto (18) lotti distinti, di Dispositivi Medici Vari Cnd V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari. Importo triennale a base di gara soggetto a ribasso, euro 780.855,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° Gara 7414908. Cig vari.

lotto 1

Ditta CODAN	sub	Pmax	C1	C2	C3	Media	Pti D	PtiDrip
Sterilizzazione per irradiazione	1.1	10	1	1	1	1,00	10,00	10,00
Tenuta della connessione con la ghiera	3.5	6	0,8	0,8	0,8	0,80	4,80	4,80
Morbidezza della tettarella	4.3	6	0,8	0,8	0,8	0,80	4,80	4,80
						totale punti	19,60	19,60

Ditta LIFETECH CARE	sub	Pmax	C1	C2	C3	Media	Pti D	PtiDrip
Sterilizzazione per irradiazione	1.1	10	1	1	1	1,00	10,00	10,00
Tenuta della connessione con la ghiera	3.5	6	1	1	1	1,00	6,00	6,00
Morbidezza della tettarella	4.3	6	1	1	1	1,00	6,00	6,00
						totale punti	22,00	22,00

Presidente	Dott. Augusto Ogana	Augusto Ogana
Componente	Dott.ssa Chiara Altana	Chiara Altana
Componente	Dott.ssa Annamaria Azara	Anna Maria Azara

Scheda totale punteggi lotto n.1

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 03/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in diciotto (18) lotti distinti, di Dispositivi Medici Vari Cnd V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari. Importo triennale a base di gara soggetto a ribasso, euro 780.855,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° Gara 7414908. Cig vari.

lotto 1 Ditta

CODAN	sub	Pti D	PtiDrip	Pti T	Pti Q	tot pti	tot pti rip
Sterilizzazione per irradiazione	1.1	10,00	10,00		0,00	10,00	10,00
Assenza di lattice, ftalati e bisfenolo	2.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Serigrafia indelebile da 5mL con passo da 1mL	3.1		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Corpo trasparente	3.2		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Intervallo temperatura d'utilizzo (-20°C ; +80°C)	3.3		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Possibilità di scrittura con pennarello indelebile su superficie dedicata	3.4		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Tenuta della connessione con la ghiera	3.5	4,80	4,80		0,00	4,80	4,80
Presenza di capsula o bicchierino di protezione	4.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Tettarella agganciata sotto la ghiera	4.2		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Morbidezza della tettarella	4.3	4,80	4,80		0,00	4,80	4,80
Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	5.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00

Max pt 70,00 **Max pt ass.** 70,00 **totale punti** 61,60 61,60

coeff 1,00 **totale riparametrato** 61,60

LIFETECH CARE	sub	Pti D	PtiDrip	Pti T	Pti Q	tot pti	tot pti rip
Sterilizzazione per irradiazione	1.1	10,00	10,00		0,00	10,00	10,00
Assenza di lattice, ftalati e bisfenolo	2.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Serigrafia indelebile da 5mL con passo da 1mL	3.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Corpo trasparente	3.2		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Intervallo temperatura d'utilizzo (-20°C ; +80°C)	3.3		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Possibilità di scrittura con pennarello indelebile su superficie dedicata	3.4		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Tenuta della connessione con la ghiera	3.5	6,00	6,00		0,00	6,00	6,00
Presenza di capsula o bicchierino di protezione	4.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Tettarella agganciata sotto la ghiera	4.2		0,00	6	0,00	6,00	6,00
Morbidezza della tettarella	4.3	6,00	6,00		0,00	6,00	6,00
Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	5.1		0,00	6	0,00	6,00	6,00

Max pt 70,00 **Max pt ass.** 70,00 **totale punti** 70,00 70,00

coeff 1,00 **totale riparametrato** 70,00

Presidente	Dott. Augusto Ogana	Augusto Ogana
Componente	Dott.ssa Chiara Altana	Chiara Altana
Componente	Dott.ssa Annamaria Azara	Anna Maria Azara

Scheda punteggi tabellari lotto n 1

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 03/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in diciotto (18) lotti distinti, di Dispositivi Medici Vari Cnd V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari. Importo triennale a base di gara soggetto a ribasso, euro 780.855,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° Gara 7414908. Cig vari.

lotto 1

Ditta	CODAN	sub	Pmax	Valore	punti
Assenza di lattice, ftalati e bisfenolo		2.1	6	1	6
Serigrafia indelebile da 5mL con passo da 1mL		3.1	6	0	0
Corpo trasparente		3.2	6	1	6
Intervallo temperatura d'utilizzo (-20°C ; +80°C)		3.3	6	1	6
Possibilità di scrittura con pennarello indelebile su superficie dedicata		3.4	6	1	6
Presenza di capsula o bicchierino di protezione		4.1	6	1	6
Tettarella agganciata sotto la ghiera		4.2	6	1	6
Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile		5.1	6	1	6
				totale punti	42,00

Ditta	LIFETECH CARE	sub	Pmax	Valore	punti
Assenza di lattice, ftalati e bisfenolo		2.1	6	1	6
Serigrafia indelebile da 5mL con passo da 1mL		3.1	6	1	6
Corpo trasparente		3.2	6	1	6
Intervallo temperatura d'utilizzo (-20°C ; +80°C)		3.3	6	1	6
Possibilità di scrittura con pennarello indelebile su superficie dedicata		3.4	6	1	6
Presenza di capsula o bicchierino di protezione		4.1	6	1	6
Tettarella agganciata sotto la ghiera		4.2	6	1	6
Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile		5.1	6	1	6
				totale punti	48,00

Presidente	Dott. Augusto Ogana	Augusto Ogana
Componente	Dott.ssa Chiara Altana	Chiara Altana
Componente	Dott.ssa Annamaria Azara	Anna Maria Azara