

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

*Deliberazione del Direttore generale n. 156 del 3 APR. 2008*

**OGGETTO:** Istituto di Scienze Radiologiche – Contratto di manutenzione con la Ditta Comacer per la manutenzione della porta bunker Acceleratore Lineare Clinac 2100.

L'anno duemilaotto, il giorno... *tre* ..... del mese di *Aprile* ....., in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(prof. Antonello Ganau)

*nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore*


- VISTO** il Decreto Legislativo n° 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n° 56 del 28 giugno 2007, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del dott. Giovanni Battista Cherchi;
- TENUTO CONTO** che il dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 02 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;
- CONSTATA** la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di manutenzione annuale, con decorrenza dal 01/01/2008 con la Ditta Comacer di Castel Bolognese (RA), costruttrice di detto infisso.
- VISTA** la nota, inviata al Responsabile del Settore Servizi Tecnici della Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari, inviata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 21/12/2007. il preventivo del 02-11-2007 della citata ditta Comecer che comporta un onere di spesa annuo di €. 7.200.00 oltre l'iva;
- VISTO** il preventivo del 02-11-2007 della citata ditta Comecer che comporta un onere di spesa annuo di €. 7.200.00 oltre l'iva;
- CONSTATATA** la necessità di provvedere alla stipula del contratto in epigrafe;
- DATO ATTO** infine che ai sensi dell'art. 3 , comma 6 del D.Lgs 502/92, in vacanza dell'ufficio e in quanto direttore più anziano per età, il Direttore Sanitario esercita le funzioni di Direttore Generale *pro tempore*;
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

## **DELIBERA**



per i motivi di cui in premessa

- 1) Si autorizza la stipula, con la Ditta Comacer di Castel Bolognese (RA), di un contratto di manutenzione della porta del bunker dell'Acceleratore Lineare Clinac 2100, installato presso l'Istituto di Scienze Radiologiche per l'importo annuo di €. 7.200.00 oltre l'iva;
- 2) Il relativo onere di spesa di €. 9.640,00 graverà sulle disponibilità del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. David Harris)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(prof. Antenello Ganau)  
*nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore*

Responsabile Struttura Proponente - Ufficio Tecnico Estensore 	VISTO Del Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale. Il Responsabile del Servizio Bilancio 
---	---

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/06/08 per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. David Harris) 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 - SASSARI

DELIBERAZIONE N° 163 DEL 29 FEBBRAIO 2008

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI,  
DOTT. GIOVANNI BATTISTA MELE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI,  
HA ADOTTATO LA DELIBERA IN EPIGRAFE AVENTE PER

OGGETTO

**Rinnovo contratto assistenza tecnica Porta Bunker Acceleratore Lineare Clinac 2100  
presso l'Istituto di Scienze Radiologiche Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
Ditta Comecer S.p.A.**

## II DIRETTORE GENERALE

**Visto** il D.Lgs. n° 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale n° 10 del 28/07/2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n°25/49 del 03/07/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 - Sassari;

**Premesso** che con richiesta prot n. 0025/DS del 09/01/2007 il Dirigente Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sassari, sollecitava l'Ufficio Tecnico dell'ASL per l'attivazione di un contratto annuale relativo alla manutenzione ed assistenza tecnica della porta Bunker matr. 42247 dell'Acceleratore Lineare Clinac 2100 in dotazione al settore di Radioterapia dell'Istituto di Scienze Radiologiche dell'Università;

**Tenuto conto** che il regolare funzionamento della porta schermata del Bunker risulta imprescindibile per le quotidiane attività cliniche della Sezione di Radioterapia dell'Istituto Universitario sopraddetto;

**Considerato** che dalle verifiche effettuate dal personale preposto dell'Ufficio Tecnico non risultano, in ambito Regionale, Ditte dotate delle capacità tecniche-professionali specifiche necessarie per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;

**Preso atto** che, per un adeguato e puntuale servizio di assistenza tecnica, è stato necessario interpellare la Ditta Comecer S.p.A. con sede in Castel Bolognese (RA), fornitrice ed installatrice dell'apparecchiatura, e che la stessa Ditta è l'unica a disporre dei pezzi di ricambio originali e della necessaria preparazione tecnica specifica;

**Vista** l'offerta n° PV-C 2008/01 del 02/11/2007 della Ditta Comecer S.p.A. per l'assistenza tecnica annuale della Porta Bunker Acceleratore Lineare Clinac 2100 per un importo di € 7.200,00 oltre IVA, pari a complessivi € 8.640,00 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che la proposta di contratto sopraddetta, su richiesta del Settore Tecnico dell'ASL, è stata verificata dalla Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria che ne rilascia parere favorevole con nota prot. n° 5922 del 21/12/2007 che si allega al presente atto;

**Su proposta** del Responsabile del Settore Attività Tecniche dell'ASL n° 1;

**Preso atto** dei pareri positivi espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

1. Di provvedere all'assistenza tecnica della Porta Schermata del Bunker Acceleratore Lineare Clinac 2100, in dotazione al settore Radioterapia dell'Istituto di Scienze Radiologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite un contratto

annuale, dal 01/01/2008 al 31/12/2008, con la Ditta Comecer S.p.A. Via Emilia Ponente, 390 - 48014 Castel Bolognese (RA), per un importo di € 7.200,00 oltre IVA, pari a complessivi € 8.640,00, come risulta dall'offerta n° PV-C 2008/01 che si allega al presente atto;

2. Di dare atto che l'importo di € 8.640,00 IVA inclusa, relativo al servizio di assistenza in oggetto, sarà anticipato dall'Azienda Sanitaria Locale n° 1 e imputato sul conto CO.GE. n° 42.03.00, fatto salvo il diritto di rimborso previsto al punto 11 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n° 17/2 del 27 aprile 2007;

3. Di autorizzare la liquidazione delle relative fatture entro i limiti di spesa autorizzati e fatti salvi gli accertamenti demandati ai diversi servizi, senza ulteriore provvedimento;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Dr. Giovanni B. Mele)*

<p>Responsabile Struttura Proponente          Ing. Giammarco Carta          Responsabile del Procedimento          Ing. Giammarco Carta          Estensore          Antonio Zirolla</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del Servizio Bilancio          Rag. Maddalena Sanna</p>
---	---

VISTO  
 del Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa A.S.L. dal 29 FEB 2008 per la durata di quindici giorni ed è affissa nell'apposita bacheca dei Distretti Sanitari e Presidi Ospedalieri di Sassari Alghero ed Ozieri.  
 Il Direttore Amministrativo  
*(Dr.ssa Chiara Salis)*

# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI

## *Ufficio Tecnico*

**e-mail:** [politec@uniss.it](mailto:politec@uniss.it) / [paoletti@uniss.it](mailto:paoletti@uniss.it)

**Tel. n.** 079 22 91 58- 079 22 91 80

**Fax n.** 079 22 91 57

**AI DIRETTORE GENERALE  
AI DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
SEDE**

**OGGETTO:** Istituto di Radiologia – Contratto di manutenzione Porta Bunker acceleratore lineare Clinac 2100.

Facendo seguito alla nota del 21/12/2007, prot. 5922, con la quale questa Azienda dava mandato alla ASL n° 1 di Sassari, alla stipula di un contratto, dell'importo di €.7.200.00 annui, per la manutenzione della porta del bunker dell'acceleratore lineare Clinac 2100, installato presso l'Istituto di Scienze Radiologica, si informa la S.V., che a seguito di successivi accordi intercorsi con la predetta ASL, detto contratto deve essere stipulato direttamente da questa Azienda. Ciò a causa di disposizioni sulla contabilità per le quali il costo non può essere fatturato alla ASL e poi l'importo pagato ripetuto su questa AOU.

Per quanto sopra si chiede alle SS.LL. autorizzazione alla redazione di apposita deliberazione.

Con osservanza

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**  
(geom. Alberto Mario Paoletti)

Sassari 02/04/2008

**VISTO SI AUTORIZZA**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(prof. Antonello Ganau)

*nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(dott. David Harris)

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI - PIVA 02268260904

**TRASMISSIONE TELEFAX**

**Data:** 21/12/2007

**Da:** SETTORE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**Telefono:** 079 - 28.30.603

**Fax:** 079 - 28.30.602 - 28.30.618

**Per:** ASL1 - Servizi Tecnici

**Alla Cortese Attenzione Responsabile del Settore**

**NUMERO DI PAGINE TRASMESSE COMPRESA LA PRESENTE:** 8

**OGGETTO:** Rinnovo Contratto Assistenza Tecnica Porta Bunker Radioterapia \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---

*U.T.*

---

*dr. Zicola*

*[Signature]*

**Per eventuali comunicazioni e qualora il documento ricevuto risultasse poco leggibile, chiamare il numero 079 - 28.30.603 e chiedere di PAGANINI.**

**Distinti saluti**

 <b>AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI</b>		<b>SETTORE ACQUISTI</b> Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI Tel. 079/2830626 Fax 079/2830618
		Sassari, 21/12/2007 Prot. n. 5922                      rep: n. - 2007
Anno: 2007    Titolo: II    Classe: 5    Fascicolo:                      Allegati:		
<b>OGGETTO: Rinnovo contratto assistenza tecnica porta bunker Radioterapia</b>		

<b>A.U.S.L. N. 1 - SASSARI</b> SERVIZI TECNICI
<b>02 GEN. 2008</b>
Prot. n. <u>7</u> /UT

Al Responsabile del Settore  
 Servizi Tecnici ASL 1  
 Via Amendola, 57  
 07100 Sassari

**RACC. A/R**

Riscontriamo la Vostra prot. 1427/UT del 08/11/2007 di pari oggetto della presente, per comunicare formale consenso a che si proceda al rinnovo contrattuale proposto. Si chiede pertanto a codesto Servizio di voler condurre le procedure a tal fine necessarie anche per nostro conto, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione regionale n. 17/2 del 27/04/2007 istitutiva dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, sulla base della quale, com'è noto, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione dell'Azienda medesima, nonché la continuità dei servizi assistenziali da essa erogati, i costi dei fattori produttivi correlati all'attività da essa svolta dovranno essere anticipati dalla ASL 1, fatto salvo il diritto al rimborso, e che a tale scopo i servizi generali di supporto all'attività assistenziale saranno svolti, almeno per tutto l'anno 2007, in forma congiunta dalle due Aziende.


Ove necessario, i costi relativi alla procedura in oggetto verranno quindi anticipati dalla ASL 1 e successivamente stornati al fine della loro corretta imputazione contabile nei centri di costo dell'A.O.U., la quale con la presente comunicazione, si impegna fin d'ora formalmente alla assunzione degli obblighi giuridici e degli oneri economici derivanti da tutti gli atti correttamente posti in essere per suo conto dalla ASL 1.

Si chiede altresì di voler fornire al Servizio Acquisti dell'A.O.U. periodici riscontri sullo stato di avanzamento del procedimento di acquisizione che sarà avviato sulla base della presente richiesta.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. David Harris)




IL DIRETTORE SANITARIO  
(Prof. Antonello Ganau)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Battista Cherchi)





Servizio  
Acquisti - Servizi Tecnici  
- Gestione patrimonio

Settore  
Servizi Tecnici

n° prot. 1427/UT

Al Direttore Generale  
Azienda Ospedaliero Universitaria SS  
Al Responsabile Ufficio Tecnico  
Azienda Ospedaliero Universitaria SS

LORO SEDI

Oggetto: rinnovo contratto assistenza tecnica porta bunker Radioterapia.

Vostro riferimento n.....del .....

Nostro riferimento n.....del .....

08 NOV. 2007

Sassari

Si porta a conoscenza codesta Direzione che il 31/12/2007 scadrà il contratto di manutenzione della porta schermata dell'acceleratore Lineare Clinac 2100 in dotazione presso l'Istituto di Scienze Radiologiche. In allegato, per le necessarie autorizzazioni, si trasmette copia dell'offerta di rinnovo per il 2008 della Ditta Comecer S.p.A., costruttrice dell'impianto. Si resta in attesa di un riscontro per dare corso alla pratica di rinnovo.

Saluti

Ufficio Tecnico

Antonio Zirolia  
Assistente Amministrativo

ingegneria.clinica@aslsassari.it

Giammaria Cana  
Responsabile Settore Servizi Tecnici

responsabile.tecnico@aslsassari.it

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI		
Anno 07 Mese 10 Fascicolo		
N. 4544	12 NOV 2007	
UOR	GC	RPA

*Di. G. P. T. P. R. O.*

NOV. 2007 9:43

COMECER SPA CASTELBOLOGNESE

NR. 006 P. 1/4



**COMECER** S.p.A.

TRASMISSIONE FAX  
FAX TRANSMISSION



ISO 9001 & ISO 13485  
Certified Quality System

Via Emilia Ponente, 390  
48014 - Castel Bolognese (RA) - Italy  
Tel. ++39/0546/656375 - Fax ++39/0546/656353  
comecer@comecer.com - http://www.comecer.com  
C.F. e P.IVA: 00183680396

DA-FROM: *TAMPIERI*

SOCIETA' COMPANY: *AZ. USL N°1 SASSARI*

DATA-DATE: *02-11-2007*

CA. TO: *UFFTECNICO GEOM. ZEROLIA*

NS. RIF.-OUR REF. :

FAX N. : *079 2062537*

PAG.: *1+3*

OGGETTO / SUBJECT: *OFFERTA RILANNO CONTRATTO PER PORTA BUNKER*

A.U.S.L. N. 1 - SASSARI SERVIZI TECNICI
05 NOV. 2007
Prot. n. <i>1625</i> /UT

*ORD: 4146*



# COMECER



ISO 9001 & ISO 13485  
Certified Quality System

Castelbolognese, 02-11-2007

Spett.le  
AZ. USL N° 1 Sassari  
Via Montegrappa, 82  
07100 Sassari SS  
Alla c.a. Ufficio Tecnico  
Geom Zerolla  
Fax 079 2062537

## OFFERTA PV -C 2008 / 01

**Oggetto : Proposta contratto di manutenzione per PORTA BUNKER SCHERMATA  
mat. 42247 della RADIOTERAPIA Valido Dal 01-01-2008 al 31-12-2008**

La Comecer srl, in conformità del Sistema di Qualità (Norma UNI EN ISO 9001: 1994) al fine di offrire un servizio generale, mirato a garantire nel tempo un funzionamento efficiente e sicuro dei sistemi e delle attrezzature installate, propone ai propri clienti un contratto di manutenzione configurato come segue:

- N. 2 Interventi tecnici Programmati di manutenzione ordinaria da eseguire in date concordate con il Cliente.
- N. 1 Intervento tecnico risolutivo " su chiamata "in totale in caso di guasto improvviso.

Gli interventi tecnici di manutenzione ordinaria saranno eseguiti in data concordata preventivamente con il Servizio interessato e riguardano le seguenti attività :

- Controllo usura rotola di scorcimento
- Controllo funzioni di movimentazione ( apertura parziale, apertura totale, chiusura temporizzata, blocco apertura dall'esterno )
- Controllo posizione fine corsa apertura e chiusura
- Controllo funzionamento scheda elettronica di controllo a microprocessore
- Controllo funzionamento motoriduttore di movimento anta
- Controllo regolare scorrimento anta
- Controllo funzionamento fotocellule comando apertura anta con azionamento motorizzazione
- Controllo regolare funzionamento apertura manuale
- Controllo funzionamento sistemi di sicurezza ( fotocellule, frizione antischiacciamento, arresto e riapertura automatica in presenza di ostacolo )
- Controllo funzionamento "spia gialla lampeggiante" su tastiera a membrana porta in movimento
- Emissione di REPORT attestante i controlli effettuati.

Eventuali parti di ricambio sostituite durante gli interventi saranno fatturate a parte con uno sconto del 10% sul listino prezzi allegato.

Gli interventi tecnici su chiamata sono garantiti entro 48 ore dal momento della Vs comunicazione a mezzo telefax o e-mail.

COMECER s.p.a.

Via Emilia Ponente, 390 - 48014 Castel Bolognese (RA) - Italy - Tel. (0039) 0546/656375 - Fax (0039) 0546/656353  
<http://www.comecer.com> - Email: [comecer@comecer.com](mailto:comecer@comecer.com)  
CAP. SOC. Euro 290.000,00 L.V. - R.E.A. C.C.I.A.A. RA 81437 - REG. IMPRESE RA: 00183680396 - C.F. e P. IVA 00183680396

