

VERBALE N. 1

SEDUTA DEL 02/12/2025

Apertura Busta di Qualifica - "Documentazione Amministrativa".

Oggetto: Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, finalizzata alla fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi automatizzati per la diagnostica delle malattie autoimmuni con metodiche IFA, CLIA o FEIA, IMMUNOBLOT e ELISA suddivisa in tre lotti, per le esigenze della S.C. Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400094

PREMESSO

- che con Determinazione Dipartimentale 1681 del 07 11 24 veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale e allegati annessi);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 24 01 2025 veniva nominato RUP l'Ing. Alberto Giordano in sostituzione del Geom. Alessandro Rotelli e la Dott.ssa Elisabetta Fois quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
- che con Deliberazione n°54 del 05 06 25 veniva rettificata e approvata la documentazione di gara;
- che la procedura in oggetto veniva pubblicata nel rispetto delle forme di legge:
 - sulla GUUE n. 176281-2025 GU S: 55/2025 in data 19/03/2025;e successivamente rettificata:
 - sulla GUUE n. 716753-2025 GU S: 209/2025 in data 30/10/2025;
- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, sulla piattaforma Sardegna CAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 01/12/2025 ore 14:00;
- Che in data 17.11.25, venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegnaecat.it, i chiarimenti ai quesiti amministrativi e tecnici posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi, entro il termine perentorio del 17.11.2025, ore 14:00;

RICHIAMATO

L'art. 20 del Disciplinare di gara, secondo cui la prima fase delle operazioni di gara, concernente lo "svolgimento operazioni di gara - verifica documentazione amministrativa" – Documentazione Amministrativa, è svolta dal Seggio di Gara al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata e a scaricare la documentazione tecnica, da valutare in una seduta successiva nel rispetto di quanto disposto nel Disciplinare di Gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2025 (duemilaventicinque)** il giorno **2 (due)** del mese di **dicembre**, in Sassari, nella "Stanza n° 19" della Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie, sita in via Monte Grappa n. 82, è presente il Seggio di gara, composto dal Responsabile di fase, **Dott.ssa Elisabetta Fois**, assistito da:

- **Dott.ssa Cristina Capuana**, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie, testimone verbalizzante.
- **Dott.ssa Silvia Zara**, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie, testimone;

Il Sedgio di Gara

alla presenza dei testimoni come sopra identificati:

- alle **ore 11.00** di oggi **02 dicembre 2025**, dopo aver effettuato l'accesso informatico al portale www.sardegna.cat.it RDO – tender_246950, rfq_460150, dichiara aperta la seduta telematica;
- da atto che sono pervenute - entro i termini e secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara n. 2 (due) offerte dei seguenti operatori economici:

N°	Operatore economico	Partecipazione lotto	Dati risposta
1	EUROIMMUN ITALIA SRL	1 -3	24/11/2025 11:44:12
2	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	2	27/11/2025 11:50:16

procede all'apertura della BUSTA VIRTUALE di QUALIFICA - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" degli operatori economici e all'esame della documentazione amministrativa caricata a sistema, rilevando quanto segue:

- **EUROIMMUN ITALIA SRL**: la documentazione amministrativa caricata a sistema è completa e firmata digitalmente;
- **THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.**: la documentazione amministrativa caricata a sistema è completa e firmata digitalmente.

IL SEDGIO DI GARA

- alle ore 12:30 di oggi 02.11.2025, dichiara chiusa la seduta telematica odierna, dando atto che la Stazione Appaltante, in sede di istruttoria di ufficio, procederà a verificare la completezza delle attività svolte in ordine alla documentazione amministrativa scrutinata, restando inteso che potranno essere disposti ulteriori accertamenti, verifiche e/o decisioni in ordine all'integrazione documentale o chiarimenti rispetto a quanto già riscontrato dal Sedgio di gara;

II RDF DISPONE

- l'ammissione degli operatori economici di seguito riportati, alle successive fasi della procedura di gara:

n	Operatori Economici
1	EUROIMMUN ITALIA SRL
2	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

Il presente verbale si compone di **n. 2 (due) pagine** e viene letto, confermato e sottoscritto dal Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento e dai testimoni.

Dott.ssa Elisabetta Fois/(Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento)	F.to
Dott.ssa Cristina Capuana	F.to
Dott.ssa Silvia Zara	F.to



VERBALE N. 2

SEDUTA TELEMATICA DEL 19/02/2026

Apertura Busta Tecnica – “Documentazione Tecnica”

Oggetto: Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, finalizzata alla fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi automatizzati per la diagnostica delle malattie autoimmuni con metodiche IFA, CLIA o FEIA, IMMUNOBLOT e ELISA suddivisa in tre lotti, per le esigenze della S.C. Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400094.

PREMESSO CHE

- che con Determinazione Dipartimentale 1681 del 07 11 24 veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale e allegati annessi);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 24 01 2025 veniva nominato RUP l'Ing. Alberto Giordano in sostituzione del Geom. Alessandro Rotelli e la Dott.ssa Elisabetta Fois quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
- che con Deliberazione n°54 del 05 06 25 veniva rettificata e approvata la documentazione di gara;
- che la procedura in oggetto veniva pubblicata nel rispetto delle forme di legge:
 - sulla GUUE n. 176281-2025 GU S: 55/2025 in data 19/03/2025;e successivamente rettificata:
 - sulla GUUE n. 716753-2025 GU S: 209/2025 in data 30/10/2025;
- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, sulla piattaforma Sardegna CAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 01/12/2025 ore 14:00;
- Che in data 17.11.25, venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegnaecat.it, i chiarimenti ai quesiti amministrativi e tecnici posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi, entro il termine perentorio del 17.11.2025, ore 14:00;
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/12/2025 ore 11:00, pervenivano regolarmente le offerte di n. 2 operatori economici, che si riportano nella Tabella che segue:

N°	Operatore economico	Partecipazione lotto	Dati risposta
1	EUROIMMUN ITALIA SRL	1 -3	24/11/2025 11:44:12
2	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	2	27/11/2025 11:50:16

- in data 15.04.2025, come da verbale del seggio di gara n. 1 in pari data, venivano esaminate le buste di qualifica (busta amministrativa) dei partecipanti e veniva disposta l'ammissione degli operatori economici: **EUROIMMUN ITALIA SRL**, **THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A** alle successive fasi della procedura di gara;
- con **Delibera del Direttore Generale n° 283** del 18/02/2026, veniva nominata la Commissione Giudicatrice;



- in data 18.02.2026, la Stazione appaltante comunicava, mediante messaggio attraverso la piattaforma telematica di SardegnaCAT, che il seggio di gara avrebbe proceduto all'apertura della busta virtuale "busta tecnica", il giorno 19.02.2026 alle ore 12:00;

RICHIAMATO

- L'art. 22 del Disciplinare di gara, secondo cui le operazioni di gara, concernente l'apertura della "BUSTA TECNICA", è svolta da Seggio di Gara, al fine di verificare la completezza della documentazione presentata a quanto richiesto nel Disciplinare di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2026(duemilaventisei)** il giorno **19 (diciannove)** del mese di **febbraio**, in Sassari, presso la Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, è presente il Seggio di gara, composto dal Responsabile di Fase, **Dott.ssa Elisabetta Fois**, assistito da:

- **Dott.ssa Cristina Angela Capuana**, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie in qualità di in qualità di Presidente del Seggio di Gara e segretario verbalizzante;
- **Dott.ssa Silvia Zara**, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie in qualità di testimone

IL SEGGIO DI GARA

alla presenza dei testimoni come sopra identificati:

- alle ore 12:00, di oggi 19 febbraio 2026, dopo aver effettuato l'accesso informatico al portale www.sardegnaecat.it RDO – tender_246950 RFQ_460150, dichiara aperta la Seduta Telematica.
- Procede al congelamento della busta di qualifica della Rfq 460150 e all'apertura per i singoli lotti della "BUSTA TECNICA";
- Procede all'apertura della Rfq 460170 Lotto 1, **EUROIMMUN ITALIA SRL**: la documentazione caricata a sistema è completa e firmata digitalmente;
- Procede all'apertura della Rfq 460190 Lotto 2, **THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.**: la documentazione caricata a sistema è completa e firmata digitalmente;
- Procede all'apertura della Rfq 4601901 Lotto 3, **EUROIMMUN ITALIA SRL** la documentazione caricata a sistema è completa e firmata digitalmente;
- Alle **ore 12.30** si conclude la seduta ed il Rdf dispone l'invio della documentazione Tecnica alla Commissione Giudicatrice che provvederà, nelle sedute riservate, all'esame della documentazione tecnica e alla valutazione delle offerte tecniche per l'attribuzione dei punteggi.

Il presente verbale, composto da **2 (due) pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dal Responsabile di Fase e dai Testimoni.

Dott.ssa Elisabetta Fois/RDF	F.to
Dott.ssa Cristina Capuana	F.to
Dott.ssa Silvia Zara	F.to

VERBALE N. 3

SEDUTA TELEMATICA DEL 12/03/2026
Apertura Busta Economica – “Offerte Economiche”

Oggetto: *Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, finalizzata alla fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi automatizzati per la diagnostica delle malattie autoimmuni con metodiche IFA, CLIA o FEIA, IMMUNOBLOT e ELISA suddivisa in tre lotti, per le esigenze della S.C. Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400094.*

PREMESSO CHE

- che con Determinazione Dipartimentale 1681 del 07 11 24 veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale e allegati annessi);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 24 01 2025 veniva nominato RUP l'Ing. Alberto Giordano in sostituzione del Geom. Alessandro Rotelli e la Dott.ssa Elisabetta Fois quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
- che con Deliberazione n°54 del 05 06 25 veniva rettificata e approvata la documentazione di gara;
- che la procedura in oggetto veniva pubblicata nel rispetto delle forme di legge:
 - sulla GUUE n. 176281-2025 GU S: 55/2025 in data 19/03/2025;e successivamente rettificata:
 - sulla GUUE n. 716753-2025 GU S: 209/2025 in data 30/10/2025;
- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, sulla piattaforma Sardegna CAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 01/12/2025 ore 14:00;
- Che in data 17.11.25, venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegnaecat.it, i chiarimenti ai quesiti amministrativi e tecnici posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi, entro il termine perentorio del 17.11.2025, ore 14:00;
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 02/12/2025 ore 11:00, pervenivano regolarmente le offerte di n. 2 operatori economici, che si riportano nella Tabella che segue:

N°	Operatore economico	Partecipazione lotto	Dati risposta
1	EUROIMMUN ITALIA SRL	1 -3	24/11/2025 11:44:12
2	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	2	27/11/2025 11:50:16

in data 15.04.2025, come da verbale del seggio di gara n. 1 in pari data, venivano esaminate le buste di qualifica (busta amministrativa) dei partecipanti e veniva disposta l'ammissione degli operatori economici: **EUROIMMUN ITALIA SRL**, **THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A** alle successive fasi della procedura di gara;

- con **Delibera del Direttore Generale n° 283** del 18/02/2026, veniva nominata la Commissione Giudicatrice;
- in data 19.02.2026, come da verbale del seggio di gara n. 2 di pari data, veniva esaminata la busta tecnica e veniva inviata tutta la documentazione scaricata alla Commissione Giudicatrice;

- Che in data 23.02.2026, come da verbale n.1 pari data, si teneva la prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice, che accertava la corrispondenza dei requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti e rilevava la necessità di richiedere dei chiarimenti per tutti i lotti;
- Che in data 06.02.2026, come da verbale n.2 pari data, la Commissione Giudicatrice procedeva in seduta riservata, ad esaminare le risposte pervenute ai chiarimenti richiesti agli operatori Euroimmun Italia Srl per i lotti 1 e 3 e Thermo Fisher Diagnostic Spa per il lotto 2 e procedeva con l'attribuzione dei punteggi alle schede tecniche di cui all'allegato al verbale n. 2;
- Che, in data 09/03/2026 la Stazione appaltante comunicava, mediante la sezione messaggistica della piattaforma telematica di SardegnaCAT, che si sarebbe proceduto all'apertura della busta virtuale "busta economica", il giorno 12.03.2026 alle ore 12:00.

RICHIAMATO

L'art. 22 del Disciplinare di gara, secondo cui le operazioni di gara, concernente l'apertura della "BUSTA ECONOMICA", è svolta dal Seggio di Gara

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2026(duemilaventisei)** il giorno **12 (dodici)** del mese di **marzo**, in Sassari, presso la Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, è presente il Seggio di gara, composto dal Responsabile di Fase, **Dott.ssa Elisabetta Fois**, assistito da:

- **Dott.ssa Cristina Angela Capuana**, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie in qualità di in qualità di Presidente del Seggio di Gara e segretario verbalizzante;
- **Dott.ssa Silvia Zara**, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie in qualità di testimone

IL SEGGIO DI GARA

alla presenza dei testimoni come sopra identificati:

- alle ore 12:00, di oggi 12 marzo 2026, dopo aver effettuato l'accesso informatico al portale www.sardegnaecat.it RDO – tender_246950 RFQ_460150, dichiara aperta la Seduta Telematica e procede al caricamento sulla piattaforma dei punteggi attribuiti dalla Commissione sulla scorta dell'allegato al verbale n. 2 del 06.02.2025 e solo successivamente, procede alle operazioni telematiche di apertura della busta contenente le offerte economiche in modo sequenziale;
- Procede all'apertura della Busta Economica relativa al Lotto 1 Rfq 460170, presentata dall' operatore economico **EUROIMMUN ITALIA SRL** ed all'apertura dei file caricati nelle apposite sezioni, per la verifica della presenza della documentazione presentata, verificando la corrispondenza del prezzo complessivo riportato a sistema con il prezzo indicato nel documento di dettaglio di offerta economica e della percentuale di ribasso applicata, dando atto che la documentazione è presente;
- Procede all'apertura della Busta Economica relativa al Lotto 2 Rfq 460190, presentata dall' operatore economico **THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A** ed all'apertura dei file caricati nelle apposite sezioni, per la verifica della presenza della documentazione presentata, verificando la corrispondenza del prezzo complessivo riportato a sistema con il prezzo indicato nel documento di dettaglio di offerta economica e della percentuale di ribasso applicata, dando atto che la documentazione è presente;
- Procede all'apertura della Busta Economica relativa al Lotto 3 Rfq 4601901, presentata dall' operatore economico **EUROIMMUN ITALIA SRL** ed all'apertura dei file caricati nelle apposite sezioni, per la verifica della presenza della documentazione presentata, verificando la corrispondenza del prezzo complessivo riportato a sistema con il prezzo indicato nel documento di dettaglio di offerta economica e della percentuale di ribasso applicata, dando atto che la documentazione è presente;



- Alle **ore 12.30** si conclude la seduta ed il Rdf dispone l'invio della documentazione Economica alla Commissione Giudicatrice che provvederà alla valutazione di congruità.

Il presente verbale, composto da **3 (tre) pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dal Responsabile di Fase e dai Testimoni.

Dott.ssa Elisabetta Fois/RDF	F.to
Dott.ssa Cristina Capuana	F.to
Dott.ssa Silvia Zara	F.to

VERBALE N. 1
SEDUTA RISERVATA DEL 23.02.2026
Valutazione Offerte Tecniche

Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, finalizzata alla fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi automatizzati per la diagnostica delle malattie autoimmuni con metodiche IFA, CLIA o FEIA, IMMUNOBLOT e ELISA suddivisa in tre lotti, per le esigenze della S.C. Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400094.

L'anno 2026, il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso gli uffici della S.C. Farmacia Ospedaliera, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 18.02.2025, così composta:

Presidente	Dott.ssa Franca Galistu	Dirigente Biologo - SC Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche
Componente	Dott.ssa Paola Merella	Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia Ospedaliera
Componente	Ing. Rita Cossu	Collaboratore Tecnico Professionale – S.S. Ingegneria Clinica

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Cristina Capuana, Collaboratore Amministrativo della S.C. ABST, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 18.02.2026.

PREMESSO

che in data 19.02.2026 la Commissione Giudicatrice ha acquisito la documentazione tecnica trasmessa dal seggio di gara relativa alle seguenti Società: EUROIMMUN ITALIA SRL, THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Commissione giudicatrice richiama l'articolo 18 del Disciplinare di Gara, che dispone che l'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice dei Contratti secondo il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, suddivisi tra i criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali di cui all'articolo 18.1 del Disciplinare di gara, e degli allegati al Capitolato Speciale Prestazionale.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione giudicatrice procede:

1. **Con il Lotto 1** relativamente all'Operatore Economico EUROIMMUN ITALIA SRL, all'analisi generale della documentazione tecnica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza di quanto offerto rispetto al contenuto della Busta tecnica come stabilito dall'art. 16 del Disciplinare di gara, al termine del quale viene accertata la regolarità della documentazione presentata.
2. **Con il Lotto 2** relativamente all'Operatore Economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A, all'analisi generale della documentazione tecnica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza di quanto offerto rispetto al contenuto della Busta tecnica come stabilito dall'art. 16 del Disciplinare di gara, al termine del quale viene accertata la regolarità della documentazione presentata.

3. **Con il Lotto 3** relativamente agli Operatori Economici EUROIMMUN ITALIA SRL all'analisi generale della documentazione tecnica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza di quanto offerto rispetto al contenuto della Busta tecnica come stabilito dall'art. 16 del Disciplinare di gara, al termine del quale viene accertata la regolarità della documentazione presentata.

Verificata la completezza della documentazione tecnica ricevuta rispetto a quanto stabilito dall'art. 16 del Disciplinare di gara, la Commissione procede alla verifica della corrispondenza dei requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti, come previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale, così come di seguito indicato:

- Per **Lotto 1** relativamente all'Operatore Economico EUROIMMUN ITALIA SRL, al fine di accertare la corrispondenza dei requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti, rileva la necessità di chiedere i seguenti chiarimenti:

Operatore economico		Chiarimenti da richiedere
EUROIMMUN ITALIA SRL	Riferimento Caratteristiche minime della strumentazione di cui all'art 2 del CSP	
	1. Fornitura di n. 1 strumento per la lettura automatica dei preparati IFA e per la digitalizzazione delle immagini con sorgente luminosa a LED completo di telecamera. Obiettivi 20x e 40x, PC e stampante a colori;	1. si chiede di confermare che la stampante richiesta sia a colori
	Riferimento: Pena inammissibilità offerta di cui all'art. 1 del CSP	
	2. gruppi di continuità (con relative schede tecniche) dimensionati alla strumentazione offerta;	2. si chiede di confermare la presenza di gruppi di continuità;
	3. schede tecniche e di sicurezza su supporto informatico a disposizione del laboratorio;	3. si chiede di confermare la presenza di schede di sicurezza su supporto informatico a disposizione del laboratorio;
	4. l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla direttiva CEE 90/496 recepita in Italia con DL 16/02/1993;	4. si chiede di confermare che l'etichettatura dei prodotti dei prodotti deve essere conforme alla direttiva CEE 90/496 recepita in Italia con DL 16/02/1993;
	5. VEQ (ANA e ANCA) cadenza trimestrale;	5. si chiede di confermare la fornitura di VEQ (ANA ANCA) cadenza trimestrale
	Riferimento: Norme Tecniche di cui all'art 1 del CSP	

	6. per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336); 7. per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23); 8. per le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); 9. il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro.	6. si chiede di confermare che le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, rispettino la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336); 7. si chiede di confermare che le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), rispettino la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23); 8. si chiede di confermare che le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, rispettino la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); 9. si chiede di confermare che in tema di sicurezza sul lavoro venga rispettato il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni
--	--	--

- Per il **Lotto 2** relativamente all'Operatore Economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A, al fine di accertare la corrispondenza dei requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti, rileva la necessita di chiedere i seguenti chiarimenti:

Operatore economico	Riferimento: Pena inammissibilità offerta di cui all'art. 1 del CSP	Chiarimenti da richiedere
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	1. strumentazione nuova di fabbrica, aggiornata alle ultime release con schede tecniche e metodologiche redatte in lingua italiana con bibliografia aggiornata e attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI, (Le ditte potranno allegare ulteriori certificazioni in loro possesso); 2. schede tecniche e di sicurezza su supporto informatico a disposizione del laboratorio; 3. l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla direttiva CEE 90/496 recepita in Italia con DL 16/02/1993; 4. la fornitura deve essere completa di tutto il materiale di consumo necessario;	1. si chiede di confermare che la strumentazione fornita sia nuova di fabbrica; 2. si chiede di confermare la presenza di schede di sicurezze su supporto informatico a disposizione del laboratorio 3. si chiede di confermare che l'etichettatura dei prodotti dei prodotti deve essere conforme alla direttiva CEE 90/496 recepita in Italia con DL 16/02/1993 4. si chiede di confermare che la fornitura deve essere completa di tutto il materiale di consumo necessario;
	Riferimento: Norme Tecniche di cui all'art 1 del CSP	
	5. per le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); 6. il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro.	5. si chiede di confermare che le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, rispettino la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); 6. si chiede di confermare che in tema di sicurezza sul lavoro venga rispettato il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni

- Per il **Lotto 3** relativamente agli Operatori Economici EUROIMMUN ITALIA SRL, al fine di accertare la corrispondenza dei requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti, rileva la necessita di chiedere i seguenti chiarimenti:

Operatore economico	Riferimento Pena inammissibilità offerta di cui all'art. 1 del CSP	Chiarimenti da richiedere
EUROIMMUN ITALIA SRL	1. strumentazione nuova di fabbrica, aggiornata alle ultime release con schede tecniche e metodologiche redatte in lingua italiana con bibliografia aggiornata e attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI, (Le ditte potranno allegare ulteriori certificazioni in loro possesso); 2. schede tecniche e di sicurezza su supporto informatico a disposizione del laboratorio; 3. l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla direttiva CEE 90/496 recepita in Italia con DL 16/02/1993; 4. la fornitura deve essere completa di tutto il materiale di consumo necessario; 5. VEQ (ANA e ANCA) cadenza trimestrale;	1. strumentazione nuova di fabbrica, aggiornata alle ultime release con schede tecniche e metodologiche redatte in lingua italiana con bibliografia aggiornata e attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI, (Le ditte potranno allegare ulteriori certificazioni in loro possesso); 2. si chiede di confermare la presenza di schede di sicurezze su supporto informatico a disposizione del laboratorio; 3. si chiede di confermare che l'etichettatura dei prodotti dei prodotti deve essere conforme alla direttiva CEE 90/496 recepita in Italia con DL 16/02/1993; 4. si chiede di confermare che la fornitura deve essere completa di tutto il materiale di consumo necessario; 5. si chiede di confermare la fornitura di VEQ (ANA ANCA)
	Riferimento Norme Tecniche di cui all'art. 1 del CSP 6. per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336); 7. per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23); 8. per le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); 9. il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro.	6. si chiede di confermare che le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici, rispettino la Direttiva Europea 2004/108 (Compatibilità Elettromagnetica ex 89/336); 7. si chiede di confermare che le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V), rispettino la Direttiva Europea 2006/95 (Bassa Tensione, ex 73/23); 8. si chiede di confermare che le Apparecchiature con organi meccanici in movimento, rispettino la Direttiva Europea 2006/42 (Macchine, ex 89/392 e 98/37); 9. si chiede di confermare che in tema di sicurezza sul lavoro venga rispettato il Decreto Legislativo 81/08, e successive modifiche ed integrazioni



A tal fine, la Commissione giudicatrice rimette gli atti al RUP per le attività di competenza e alle ore 11:30 chiude i lavori, e rinvia ad altra data la successiva seduta per il proseguo delle attività.

Il presente verbale, composto da **n. 5 (cinque) pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante

Dott.ssa Franca Galistu	F.to
Dott.ssa Paola Merella	F.to
Ing. Rita Cossu	F.to
Dott.ssa Cristina Capuana- Verbalizzante	F.to

VERBALE N. 2
SEDUTA RISERVATA DEL 06.03.2026
Valutazione Offerte Tecniche

Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, finalizzata alla fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi automatizzati per la diagnostica delle malattie autoimmuni con metodiche IFA, CLIA o FEIA, IMMUNOBLOT e ELISA suddivisa in tre lotti, per le esigenze della S.C. Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400094.

L'anno 2026, il giorno 06 (sei) del mese di marzo, alle ore 09:45, presso gli uffici della S.C. Farmacia Ospedaliera, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 18.02.2025, così composta:

Presidente	Dott.ssa Franca Galistu	Dirigente Biologo - SC Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico Ematologiche
Componente	Dott.ssa Paola Merella	Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia Ospedaliera
Componente	Ing. Rita Cossu	Collaboratore Tecnico Professionale – S.S. Ingegneria Clinica

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Cristina Capuana, Collaboratore Amministrativo della S.C. ABST, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 18.02.2026.

PREMESSO

- che in data 19.02.2026 la Commissione Giudicatrice ha acquisito la documentazione tecnica trasmessa dal seggio di gara relativa alle seguenti Società: EUROIMMUN ITALIA SRL, THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A
- che in data 23.02.2026 si teneva la seduta riservata della Commissione Giudicatrice per la valutazione della Busta virtuale "offerta tecnica", come risulta dal verbale n. 1 di pari data;
- che in data 26.02.2026 l'Rdf, procedeva ad inoltrare le varie richieste di chiarimenti della Commissione Giudicatrice, così come riportato nel verbale sopracitato, tramite la sezione messaggistica della Pad, agli operatori economici EUROIMMUN ITALIA SRL e THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione giudicatrice procede:

Ad esaminare le risposte pervenute ai chiarimenti dall'operatore economico EUROIMMUN ITALIA SRL relativamente ai Lotti 1,3 e dall'operatore economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A per il lotto 2. Sulla base della documentazione ricevuta, procede ad accertare la corrispondenza dei requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti dei vari lotti come previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione giudicatrice procede nella valutazione dell'offerta tecnica con l'apposizione dei punteggi Quantitativi, Tabellari e Discrezionali per ogni sub-criterio di valutazione, convenendo di valutare ogni singolo lotto in maniera sequenziale in ordine di criterio:

Lotto 1 Operatore Economico EUROIMMUN ITALIA SRL, si procede con l'attribuzione dei punteggi Quantitativi, Tabellari e Discrezionali come riportato nell'Allegato 1 "criteri di valutazione" al presente verbale;

Lotto 2 Operatore Economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A, si procede con l'attribuzione dei punteggi Quantitativi, Tabellari e Discrezionali come riportato nell'Allegato 1 "criteri di valutazione";

Lotto 3 Operatore Economico EUROIMMUN ITALIA SRL, si procede con l'attribuzione dei punteggi Quantitativi, Tabellari e Discrezionali come riportato nell'Allegato 1 "criteri di valutazione".

La Commissione conclude i lavori alle ore 10:45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, composto da **n. 2 (due) pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante

Dott.ssa Franca Galistu	F.to
Dott.ssa Paola Merella	F.to
Ing. Rita Cossu	F.to
Dott.ssa Cristina Capuana- Verbalizzante	F.to



VERBALE N. 3
SEDUTA RISERVATA DEL 25.03.2026
Valutazione Offerta Economica

Oggetto: Procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, finalizzata alla fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi automatizzati per la dia-gnostica delle malattie autoimmuni con metodiche IFA, CLIA o FEIA, IMMUNOBLOT e ELISA suddivisa in tre lotti, per le esigenze della S.C. Laboratorio Unico di Analisi Cliniche Chimico-Ematologiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400094.

L'anno 2026, il giorno 25 (venticinque) del mese di marzo, presso gli uffici della S.C. Farmacia Ospedaliera, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n° 283 del 18/02/2026, così composta:

Presidente	Dott.ssa Franca Galistu	S.C. Laboratorio Unico di Analisi cliniche
Componente	Ing. Rita Cossu	SS Ingegneria Clinica
Componente	Dott.ssa. Paola Merella	S.C. Farmacia Ospedaliera

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Cristina Capuana, Collaboratore Amministrativo della S.C. ABST, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n° 283 del 18/02/2026

PREMESSO CHE

La Commissione, acquisite le offerte economiche trasmesse dal Seggio di Gara per le valutazioni di conformità, in data 12 03 2026, procede all'esame delle stesse riscontrando i prezzi unitari per le relative quantità e la corrispondenza del prezzo complessivo offerto, nonché la completezza e la conformità delle stesse di quanto proposto nell'offerta tecnica e rilevando quanto segue:

LOTTO 1: conforme

LOTTO 2: conforme

LOTTO 3: rileva la necessità di chiedere un chiarimento all'operatore economico, relativamente alla voce VEQ che nell'offerta economica risulta barrata, nonostante nei chiarimenti precedentemente inviati, l'operatore avesse confermato che tali prestazioni fossero incluse nell'offerta.

In data 18.03.2026 il RUP, accogliendo la richiesta di chiarimento della commissione esaminatrice, disponeva tramite la sezione messaggistica del Cat Sardegna, la richiesta di chiarimento alla Società EUROIMMUN ITALIA S.R.L CON SOCIO UNICO per il lotto 3;

In data 25.03.2026 veniva acquisito il chiarimento da parte della Società EUROIMMUN ITALIA S.R.L CON SOCIO UNICO per il lotto 3.

La Commissione giudicatrice procede:

- All'esame del chiarimento pervenuto, ritenendolo esaustivo e dichiarando, conseguentemente, la congruità dell'offerta economica;

Per quanto sopra tutte le offerte si dichiarano conformi.



Alla luce di quanto sopra, propone al RUP l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a favore delle Società presenti in graduatoria.

LOTTO	Operatori economici
1	EUROIMMUN ITALIA SRL
2	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.
3	EUROIMMUN ITALIA SRL

La Commissione conclude i lavori alle ore 11.00.

Il presente verbale, composto da **n. 2 pagine**, compresa la presente, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente	Dott.ssa. Franca Galistu	F.to
Componente	Ing. Rita Cossu	F.to
Componente	Dott.ssa Paola Merella	F.to
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Cristina Capuana	F.to