

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	n. max di facciate del fascicolo o nota	N° SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Discrezionali MAX	PUNTI Tabellari MAX	PUNTI Quantitativi MAX
1	Caratteristiche tecnico funzionali del sistema	53	L'OE dovrà produrre: - una <u>relazione</u> di max 25 righe per facciata, massimo 4 facciate verticali A4, font Arial 12 pt; A supporto della relazione, l'OE potrà allegare ESTRATTI e/o RIFERIMENTI RICAVABILI dai dépliant e dalle schede tecniche.	1.1	Caratteristiche peculiari del sistema: L'operatore dovrà relazionare illustrando in maniera sintetiche soluzioni innovative e peculiari del sistema per la circolazione extrcorporea.	5		
			SI/NO	1.2	Sensore di bolle con processo di rimozione dell'aria dal circuito		5	
			SI/NO	1.3	Presenza del sistema di ventilazione aria O2, con controllo del vuoto integrato		5	
			SI/NO	1.4	Sistema comprensivo di moduli pompa da 6"		5	
			L'OE dovrà produrre: - una <u>relazione</u> di max 25 righe per facciata, massimo 4 facciate verticali A4, font Arial 12 pt; A supporto della relazione, l'OE potrà allegare ESTRATTI e/o RIFERIMENTI RICAVABILI dai dépliant e dalle schede tecniche.	1.5	Centralizzazione in un unico display della visualizzazione dei parametri di monitoraggio emodinamico, ventilatorio ed operativi.	5		
			L'OE dovrà produrre: - una <u>relazione</u> di max 25 righe per facciata, massimo 4 facciate verticali A4, font Arial 12 pt; A supporto della relazione, l'OE potrà allegare ESTRATTI e/o RIFERIMENTI RICAVABILI dai dépliant e dalle schede tecniche.	1.6	Ulteriori parametri paziente rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo per emogasanalisi, rispetto a quanto previsto nel CT	13		
			Fornire valore.	1.7	Durata della batteria: maggiore durata rispetto a quanto previsto nel CT, maggior punteggio, espressa in ore			5
			SI/NO	1.8	Sistema di monitoraggio dei parametri paziente non invasivo, che non preveda l'utilizzo di materiale di consumo monouso		10	
2	Prova pratica	20		2.1	Verranno valutate le seguenti caratteristiche: - Ergonomia del sistema; - Semplicità di gestione del consumabile in relazione alla facilità e rapidità di utilizzo; - Caratteristiche del confezionamento in funzione dell'ingombro: conformazione della linea dei consumabili, modalità di collegamento, garanzia di mantenimento della sterilità; - Tools per l'ottimizzazione del flusso di lavoro; - Sistemi/dispositivi di sicurezza.	20		
3	ASSISTENZA TECNICA	7	Fornire valore.	3.1	Per le AE: guasto (sia bloccante, che non bloccante): tempi di risoluzione inferiori a quanto richiesto in Capitolato. L'OE deve indicare quanto richiesto mediante un valore espresso in <u>termini di percentuali di riduzione rispetto a quanto indicato nel CT.</u>			4
			Fornire valore.	3.2	Estensione della garanzia (maggiore durata rispetto a quanto previsto nel CT, maggior punteggio) espressa in mesi;			3
	TOTALE punteggio QUALITA'	80				43	25	12

S.S. Ingegneria Clinica	
S.C. Cardiochirurgia	
S.C. Farmacia Ospedaliera	