

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1	PUNTI MAX	SUB CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	CARATTERISTICHE GENERALI	44	1.1	Max 3 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	SISTEMA IN GENERALE: descrizione delle caratteristiche dei tavoli proposti, dal punto di vista della qualità dei materiali, della sicurezza delle soluzioni (sia per il paziente che per gli operatori), della facilità di sanificazione, della multidisciplinarietà delle attività eseguibili mediante i tavoli, ecc.	12		
			1.2	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	SISTEMA IN GENERALE: portata superiore rispetto a quanto richiesto in CT (espresso in kilogrammi)			5
			1.3	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	SISTEMA IN GENERALE: carico massimo sostenibile in tutte le movimentazioni/posizioni/sbalzo del piano rispetto alla colonna, superiore rispetto a quanto richiesto in CT (espresso in kilogrammi)			5
			1.4	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	Memorizzazione delle posizioni del tavolo in numero superiore a quanto richiesto in CT (N°)			5
			1.5	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	SANIFICAZIONE: Possibilità dell'utilizzo di detergenti per la sanificazione dei tavoli sia possibile l'utilizzo di prodotti con documentata attività sporicida	5		
			1.6	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	Valutazione del sistema di trasporto del tavolo: - Qualità della tipologia del sistema proposto; - motorizzazione del sistema; - ecc.	7		
			1.7	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	PIANO OPERATORIO / SEZIONI DEL PIANO: misura della finestra radiotrasparente superiore a quanto richiesto nel CT (unità di misura cm).			5
2	ACCESSORI CHIRURGICI	8	2.1	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	Valutazione tecnica degli ACCESSORI CHIRURGICI.	8		
3	PROVA PRATICA	26	3.1	Al fine di valutare compiutamente i sistemi e gli accessori richiesti in gara, la prova pratica potrà svolgersi a scelta dell'operatore economico alternativamente: 1) presso i locali della Stazione appaltante, previ accordi con la Commissione di Gara; 2) presso la sede indicata dall'O.E. (sede legale, sedi secondarie o di produzione, altre strutture sanitarie, ecc). Le spese saranno a totale carico dell'O.E. offerente. L'O.E. in sede di prova pratica e in caso di prova su paziente, provvederà alle Verifiche di Sicurezza Elettrica a propria cura e spese, con proprio apposito dispositivo di misura regolarmente mantenuto e certificato	PIANO/COLONNA: si valuteranno, fra l'altro: - movimentazioni, - Forma della base della colonna, - qualità dei materiali, - ergonomia geometrica-costruttiva generale; - sistema di trasporto del tavolo.	10		
			3.2	Le apparecchiature oggetto di prova pratica dovranno essere corredate del documento di trasporto (DDT) da cui si	SEZIONI OPERATORIE (cucineria inclusa): si valuteranno, fra l'altro: - movimentazioni, - forma (anche in relazione alla facilità del posizionamento e della postura degli operatori di sala durante l'intervento chirurgico) - radiotrasparenza; - qualità dei materiali tecnici-costruttivi, - leggerezza, facilità e nella movimentazione (AGGANCIO/SGANCIO, ecc.), - facilità e specifiche di sanificazione.	10		
			3.3		Valutazione tecnica, costruttiva e dei materiali, di sicurezza, di sanificazione, ecc. degli ACCESSORI CHIRURGICI.	6		

4	ASSISTENZA TECNICA	12	4.1	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	<u>Estensione</u> , senza costi aggiuntivi, della garanzia e dell'assistenza full risk (secondo le medesime specifiche di gara indicate nel CT) di ulteriori mesi rispetto a quanto richiesto nelle specifiche tecniche del CT.			7
			4.2	Riportare valore numerico.	Guasto (non bloccante e bloccante): tempi di risoluzione inferiori a quanto richiesto in Capitolato. L'OE deve indicare un valore inferiore, espresso in ore, relativamente ai tempi di riduzione indicati nel CT. Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il parametro di guasto (non bloccante e bloccante) tempi di risoluzione inferiori a quanto richiesto in Capitolato. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio decrescente.			5
	TOTALE punteggio QUALITA'	90				58	0	32
						90		
5	PREZZO	10				10		