

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 2                                         | PUNTI MAX | SUB CRITERIO | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 2                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1  | CARATTERISTICHE GENERALI                                               | 55        | 1.1          | Max 3 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)                                                                               | SISTEMA IN GENERALE:<br>descrizione delle caratteristiche dei tavoli proposti, dal punto di vista della qualità dei materiali, della sicurezza delle soluzioni (sia per il paziente che per gli operatori), della facilità di sanificazione, della multidisciplinarietà delle attività eseguibili mediante i tavoli, ecc.                                                     | 10          |             |             |  |
|    |                                                                        |           | 1.2          | Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.  | SISTEMA IN GENERALE:<br>portata superiore rispetto a quanto richiesto in CT (espresso in kilogrammi)                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             | 5           |  |
|    |                                                                        |           | 1.3          | Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.  | SISTEMA IN GENERALE:<br>carico massimo sostenibile in tutte le movimentazioni/posizioni/sbalzo del piano rispetto alla colonna, superiore rispetto a quanto richiesto in CT (espresso in kilogrammi)                                                                                                                                                                          |             |             | 5           |  |
|    |                                                                        |           | 1.5          | Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)                                                                               | SANIFICAZIONE: Possibilità dell'utilizzo di detergenti per la sanificazione dei tavoli sia possibile l'utilizzo di prodotti con documentata attività sporidica                                                                                                                                                                                                                | 5           |             |             |  |
|    |                                                                        |           | 1.6          | Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.  | PIANO OPERATORIO / SEZIONI DEL PIANO:<br>misura della finestra radiotrasparente superiore a quanto richiesto nel CT (unità di misura mm).                                                                                                                                                                                                                                     |             |             | 5           |  |
|    |                                                                        |           | 1.7          | Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.  | MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO:<br>verrà premiata la altezza MASSIMA, superiore a quanto richiesto nel CT (unità di misura riportata mm).                                                                                                                                                                                                                        |             |             | 5           |  |
|    |                                                                        |           | 1.8          | Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più basso e linearmente decrescente agli altri concorrenti. | MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO:<br>verrà premiata la altezza MINIMA, inferiore a quanto richiesto nel CT (unità di misura riportata mm).                                                                                                                                                                                                                         |             |             | 5           |  |
|    |                                                                        |           | 1.9          | Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.  | MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO:<br>verrà premiata la massima traslazione longitudinale, superiore a quanto richiesto nel CT (unità di misura riportata nel CT).                                                                                                                                                                                                  |             |             | 5           |  |
|    |                                                                        |           | 1.10         | Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)                                                                               | Valutazione tecnica degli ACCESSORI CHIRURGICI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          |             |             |  |
| 2  | CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI E DEI SISTEMI RIGUARDANTI LA SICUREZZA | 5         | 2.1          | Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)                                                                               | Fornitura e relativa <u>dettagliata descrizione</u> della soluzione/sistema/dispositivo che, in caso di improvvisa pregiudicazione nell'utilizzo del tavolo durante un intervento chirurgico (fra cui, avaria del sistema di alimentazione principale/sistema elettrico o elettronico), permetta di concludere, almeno, l'intervento chirurgico in corso in totale sicurezza. | 5           |             |             |  |

