

ALLEGATO 3 - Parametri di Valutazione

N°	Punti max	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione		Punti D max	Punti T max	Punti Q max	Note
1	30	SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DELLE VIE AEREE CARRELLATO	1.1	Qualità complessiva del dispositivo Durante la prova pratica l'operatore economico dovrà illustrare le seguenti caratteristiche oggetto di valutazione: - caratteristiche della videocamera: presenza di software per la stabilizzatore video, ampiezza del campo visivo, messa a fuoco, caratteristiche del sensore e qualità dell'immagine nativa; - Presenza di un software per lo <i>scaling</i> : in termini di prestazioni dell'algoritmo utilizzato e qualità dell'immagine generata; - Presenza di collegamento wireless tra monitor di visualizzazione e videolaringoscopio - Monitor dotato della funzione di picture-in-picture; - Doppio ingresso per canale di video laringoscopia e di video broncoscopia con la possibilità di utilizzo contemporaneo (specificare anche se il dispositivo è compatibile con videobroncoscopi monouso di altri produttori) - Attività e funzioni effettuabili tramite il dispositivo; - Tecnologia e specificità generali del dispositivo.	16			La valutazione avverrà mediante l'esecuzione di una prova pratica su manichino
			1.2	Dimensioni del monitor di visualizzazione. Verrà assegnato il punteggio massimo a chi offrirà un prodotto con il monitor di visualizzazione di maggiori dimensioni, agli altri verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che presenterà un monitor di dimensioni pari a quelle di minima indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (10").			4	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in pollici
			1.3	Durata della batteria interna ricaricabile. Verrà assegnato il punteggio massimo a chi offrirà un prodotto con il valore maggiore di durata della batteria, con un utilizzo continuo, agli altri verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente.			5	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in ore
			1.4	Risoluzione del monitor esterno Verrà assegnato il punteggio massimo a chi offrirà un sistema dotato di monitor esterno con risoluzione maggiore (numero di pixel che compongono l'immagine visualizzata), agli altri verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente.			5	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in n° di pixel
		SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE	2.1	Qualità complessiva del dispositivo Durante la prova pratica l'operatore economico dovrà illustrare le seguenti caratteristiche oggetto di valutazione: - caratteristiche della videocamera: presenza di software per la stabilizzazione video, ampiezza del campo visivo, messa a fuoco, caratteristiche del sensore e qualità dell'immagine nativa; - Presenza di un software per lo <i>scaling</i> : in termini di prestazioni dell'algoritmo utilizzato e qualità dell'immagine generata; - Attività e funzioni effettuabili tramite il dispositivo; - Peso del dispositivo; - Tecnologia e specificità generali del dispositivo. - Valutazione del sistema assemblato con il materiale di consumo dedicato offerto in sede di gara	16			La valutazione avverrà mediante l'esecuzione di una prova pratica su manichino

ALLEGATO 3 - Parametri di Valutazione								
N°	Punti max	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione		Punti D max	Punti T max	Punti Q max	Note
2	30	DELLE VIE AEREE VERSIONE VIDEOLARINGOSCOPIO "TASCABILE"	2.2	Dimensioni del monitor di visualizzazione (in pollici). Verrà assegnato il punteggio massimo a chi offrirà un prodotto con il monitor di visualizzazione di maggiori dimensioni (in pollici), agli altri verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente.			4	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in pollici
			2.3	Durata della batteria interna ricaricabile. Verrà assegnato il punteggio massimo a chi offrirà un prodotto con il valore di durata della batteria, con un utilizzo continuo, più grande, agli altri verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente.			5	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in ore
			2.4	Risoluzione del monitor Verrà assegnato il punteggio massimo a chi offrirà un prodotto con il monitor con risoluzione maggiore (numero di pixel che compongono l'immagine visualizzata), agli altri verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente.			5	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in n° di pixel
	20	CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA	3.1	Materiale di consumo: verrà valutata la leggerezza, l'ergonomia del sistema, la maneggevolezza della lama	8			Indicare in relazione tecnica
		CICLI DI STERILIZZAZIONE IN FUNZIONE ALL'UTILIZZO	3.2	Materiale di consumo: l'OE dovrà indicare il numero di cicli di riutilizzo in seguito a sterilizzazione delle lame pluriuso di cui alla voce 1.c. Il valore massimo del punteggio verrà attribuito a chi offre un n° di utilizzo superiore rispetto a quello indicato in CT. Agli altri operatori verrà assegnato un punteggio linearmente decrescente (pari a 0 nel caso di valore uguale a 500 cicli)			12	Indicare il valore del parametro e relativa descrizione (ammesso fascicolo esplicativo) espresso in n° di cicli di sterilizzazione
	80				40	0	40	
					80			

S.C. Farmacia Ospedaliera	
S.S. Ingegneria Clinica	
S.C. Terapia intensiva generale e post-operatoria	