

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023)

SC Clinica Urologica	 STEFANO DI FRANCESCO 29.08.2024 21:17:07 GMT+01:00
SC Diagnostica per Immagini di Emergenza e Urgenza	 AMADU ANTONIO MATTEO Regione Autonoma della Sardegna 02.09.2024 15:46:17 GMT+02:00
SC Progettazione e Innovazione Tecnologica - SS Ingegneria Clinica	 MACRI FRANCESCO Regione Autonoma della Sardegna 28.08.2024 10:23:58 GMT+00:00

La Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA :		Fattori ponderali	
A	Caratteristiche degli strumenti	P _a	da 0 a 80
B	Servizi assistenza tecnica e applicativa	P _c	da 0 a 10
C	Ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta	P _r	Fino a 10
TOTALE PUNTEGGIO			100

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi

N	criteri di valutazione	P. max	Note	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO QUALITATIVE DEL SISTEMA	80	Indicare il valore del parametro (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.1 Profondità focale (calcolata al centro del fuoco) Verrà assegnato il punteggio maggiore all'O.E. che offrirà valori maggiori rispetto a quelli richiesti di minima nel Capitolato. Non verranno assegnati punti a chi offrirà gli esami di minima richiesti nel Capitolato.		5	
			Indicare il valore del parametro (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.2 Potenza del generatore RX Verrà assegnato il punteggio maggiore all'O.E. che offrirà valori maggiori rispetto a quelli richiesti di minima nel Capitolato. Non verranno assegnati punti a chi offrirà gli esami di minima richiesti nel Capitolato.		6	
			Indicare il valore del parametro (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.3 Intensificatore di brillantezza Verrà assegnato il punteggio maggiore all'O.E. che offrirà valori maggiori rispetto a quelli richiesti di minima nel Capitolato. Non verranno assegnati punti a chi offrirà gli esami di minima richiesti nel Capitolato.		6	
			Descrivere L'O.E. dovrà relazionare nell'apposito fascicolo tecnico in non più di n. 2 pagine ciascuna da massimo n. 30 righe, carattere Garamond, dimensione 11, Interlinea 1.15. Eventuali pagine e/o righe eccedenti quelle indicate, righe con interlinea differente da quello indicato e informazioni riportate con carattere e/o dimensione diversi da quelli richiesti non verranno presi in considerazione al fine della valutazione. Eventuali eccedenze e difformità rispetto quanto indicato non saranno a pena di esclusione, ma non verranno considerati dalla commissione al fini della valutazione	1.4 Sistema di puntamento RX motorizzato Verrà valutato un relazione a: - gradi di proiezione - sistema di puntamento	8		
			SI/NO L'operatore dovrà indicare la presenza/assenza del parametro oggetto del sub-criterio. (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.5 Sistema di puntamento radiologico ed ecografico simultanei in qualsiasi proiezione dell'arco a C e senza interruzione di erogazione delle onde d'urto per il loro utilizzo Verrà assegnato il punteggio ai concorrenti che offriranno il parametro richiesto.			6
			Descrivere L'O.E. dovrà relazionare nell'apposito fascicolo tecnico in non più di n. 2 pagine ciascuna da massimo n. 30 righe, carattere Garamond, dimensione 11, Interlinea 1.15. Eventuali pagine e/o righe eccedenti quelle indicate, righe con interlinea differente da quello indicato e informazioni riportate con carattere e/o dimensione diversi da quelli richiesti non verranno presi in considerazione al fine della valutazione. Eventuali eccedenze e difformità rispetto quanto indicato non saranno a pena di esclusione, ma non verranno considerati dalla commissione al fini della valutazione	1.5 Sistema radiologico integrato nello stesso modulo delle onde d'urto per evitare riallineamenti tre arco a C e fuoco di terapia Verrà valutato in relazione a: - tipologia del sistema offerto - tipologia del sistema motorizzato per i movimenti	8		
			Descrivere L'O.E. dovrà relazionare nell'apposito fascicolo tecnico in non più di n. 2 pagine ciascuna da massimo n. 30 righe, carattere Garamond, dimensione 11, Interlinea 1.15. Eventuali pagine e/o righe eccedenti quelle indicate, righe con interlinea differente da quello indicato e informazioni riportate con carattere e/o dimensione diversi da quelli richiesti non verranno presi in considerazione al fine della valutazione. Eventuali eccedenze e difformità rispetto quanto indicato non saranno a pena di esclusione, ma non verranno considerati dalla commissione al fini della valutazione	1.6 Console di comando Verrà valutato in relazione a: - movimentazioni - monitor - tipologia del software	7		
			Indicare il valore del parametro (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.7 Capacità software per la gestione delle immagini Verrà assegnato il punteggio maggiore all'O.E. che offrirà valori maggiori rispetto a quelli richiesti di minima nel Capitolato. Non verranno assegnati punti a chi offrirà gli esami di minima richiesti nel Capitolato		8	
			SI/NO L'operatore dovrà indicare la presenza/assenza del parametro oggetto del sub-criterio. (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.8 Sistema di puntamento ecografico Color Doppler ad alta risoluzione posto carrello con schermo LCD e connettività DICOM Verrà assegnato il punteggio ai concorrenti che offriranno il parametro richiesto.			7
			Descrivere L'O.E. dovrà relazionare nell'apposito fascicolo tecnico in non più di n. 2 pagine ciascuna da massimo n. 30 righe, carattere Garamond, dimensione 11, Interlinea 1.15. Eventuali pagine e/o righe eccedenti quelle indicate, righe con interlinea differente da quello indicato e informazioni riportate con carattere e/o dimensione diversi da quelli richiesti non verranno presi in considerazione al fine della valutazione. Eventuali eccedenze e difformità rispetto quanto indicato non saranno a pena di esclusione, ma non verranno considerati dalla commissione al fini della valutazione+D27:D28	1.9 Sistema di puntamento Verrà valutato in relazione a: - tipologia del sistema - ampiezza dei movimenti del braccio isocentrico	7		
			SI/NO L'operatore dovrà indicare la presenza/assenza del parametro oggetto del sub-criterio. (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.10 Separazione tra il sistema di puntamento radiologico ed il tavolo operatorio Verrà assegnato il punteggio ai concorrenti che offriranno il parametro richiesto.			6
SI/NO L'operatore dovrà indicare la presenza/assenza del parametro oggetto del sub-criterio. (Ammesso fascicolo esplicativo)	1.11 Presenza n°2 intagli nel tavolo per il trattamento bilaterale del paziente in ESWL Verrà assegnato il punteggio ai concorrenti che offriranno il parametro richiesto.			6			
2	ASSISTENZA TECNICA E APPLICATIVA	10		2.1 Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata. Verrà premiata l'offerta che garantisca la maggiore riduzione % del tempo di intervento in loco rispetto a quanto richiesto di minima nel Capitolato.		5	
				2.2 Tempo di risoluzione giusto a partire dalla chiamata. Sarà premiata l'offerta che garantisca i tempi di risoluzione del guasto singolarmente inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT, il parametro di valutazione sarà costituito dalla somma dei due tempi offerti (tempi di risoluzione CON e SENZA ricambi necessari).		5	
					30	35	25
					90		